

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ČIURNOS ARTRODEZĖS PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-07-04 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **čiurnos artrodezės plokštelių ir sraigčių sistemos** pirkimo (Nr. 3447447).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

„Neaiškus reikalavimas kur nurodoma plokštelių dydžiai, tai yra 0 dydis ir 1 dydis. Ką šis techninis reikalavimas nurodo? Kiaurymių skaičių plokštelėje ar kažkokį techninį kitą reikalavimą? Gamintojai nurodo plokštelės kiauurymių skaičių ir paskirtį.“

Toliau tiekėjas rašo:

„Nėra aiškūs techniniai reikalavimai – „Turi atskiras kiauurymes prailginimo plokštelei prifiksiuoti, suteikiant galimybę papildomai lateralinei kulnakaulio fiksacijai“ – ar prie plokštelės turi būti prailginimo plokštelė? Nors nėra aprašyta jog tai kartu kaip komplektas būtų. Specifinis reikalavimas, nes artrodezines plokšteles pagal praktika pasirenka gydytojas kokio ilgio jam bus reikalinga, bei yra taikomas aiškus reikalavimas, kad plokštelė turi būti 4 skylių.“

„Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė“ – reikalavimas, kad galima rinktis iš 2 skirtingų plokštelių – anatomiškai adaptuotos ir tiesios – nelogiškas reikalavimas, nes praktikoje naudojamos anatomiškai adaptuotos kairės ir dešinės pusės. Tiesių rinkoje nėra, arba tai yra pritaikyta tik vienam konkrečiam gamintojui.

Siūlome praplėsti:

Kortikalinis sraigtas 4,0 – 4,5 mm

Rakinamas sraigtas 4,0-5,0 mm

1 ir 2 pozicijos plokštelė tokio pat tipo tik skirtingi dydžiai ir 3 pozicija skirta toms plokštelėms, siūlome suvienodinti, į vieną pirkimo dalį nurodant, kad galima pasirinkti arba kelių dydžių su parilginimo plokštele.

5 pozicijos plokštelė nenurodyta kokios pusės anterior ar anterolateralinė patikslinti reikalavimus.

6 pozicijos plokštelė nenurodyta kokios pusės anterior ar anterolateralinė patikslinti reikalavimus.

7 pozicija - Subtaliarinės artrodezės užrakinama plokštelė – ar tai turi būti lateralinės pusės? Neaiški pusė iš kurios turi būti fiksuojama plokštelė, patikslinti reikalavimą.

8 pozicija tokia pat kaip ir 5,6 pozicija, siūlome apjungti į vieną pirkimo dalį.“

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako:

Komisija sprendžia techninėje specifikacijoje nenurodyti užrakinamų plokštelių dydžių, bet palikti reikalavimą kiauurymių skaičiui.

Komisija pažymi, kad reikalavimas, jog užrakinama plokštelė turėtų atskiras kiauurymes prailginimo plokštelei prifiksiuoti, suteikiant galimybę papildomai lateralinei kulnakaulio fiksacijai, pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad turi būti konstrukcinė galimybė (papildomos kiauurymės) prie anterolateralinės plokštelės pritvirtinti papildomą prailginančią plokštelę, jeigu yra poreikis papildomai fiksuoti kulnakaulį. Pažymėtina, kad aprašyta prailginimo plokštelė neturi būti komplektuojama su anterolateraline plokštele, o

galimybė atskirai (esant poreikiui) įsigyti prailginimo plokštelę yra nurodyta techninės specifikacijos 3 pozicijoje.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 8.4 punkte nurodytas reikalavimas čiurnos artrodezės užrakinamai plokštelei „*galimybė pasirinkti iš 2 formų plokštelių – anatomiškai išlenktos ir tiesios*“ pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad čiurnos artrodezės operacijos metu yra „užrakinamas“ čiurnos sąnarys, todėl chirurgui reikia turėti alternatyvą, kad plokštelė būtų su anatominiu išlinkimu distaliniame blauzdos gale arba tiesi.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 9.2 ir 10.2 punktuose nurodyti užrakinamų ir kortikalinių sraigčių diametrai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas praplėsti sraigčių diametro ribas yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, kadangi siūlomas nuokrypis labiau tinkamas stambesniems kaulams, tačiau čiurnos kaulai yra smulkūs, todėl siūloma korekcija yra ne visai korektiška.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 5.1 ir 6.1 punktuose yra nurodyta, kad čiurnos artrodezės užrakinamos plokštelės turi būti fiksuojamos blauzdikaulio **priekinėje** pusėje.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 7.1 punkte yra nurodyta, kad subtaliarinės artrodezės čiurnos užrakinama plokštelė turi būti fiksuojama blauzdikaulio **užpakalinėje** pusėje.

Komisija pažymi, kad pirkimas į dalis neskaidomas ir siūlomi implantai su instrumentais turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje. Pažymima, kad 5 ir 6 pozicijose nurodytos čiurnos artrodezės užrakinamos plokštelės turi būti fiksuojamos blauzdikaulio priekinėje pusėje, skiriasi tik kiaurymių skaičiumi, o 8 pozicijoje nurodyta plokštelė fiksuojama blauzdikaulio užpakalinėje pusėje ir turi būti 2 formų – anatomiškai išlenkta ir tiesi (pasirenkama užsakymo metu), todėl į vieną poziciją nebus apjungiamos.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.