

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„LUBŲ KONSOLĖS, PRITAIKYTOS ENDOSKOPINEI ĮRANGAI PAKABINTI IR CHIRURGINIO
ŠVIESTUVO KOMPLEKTAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-07-27 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **lubų konsolės, pritaikytos endoskopinei įrangai pakabinti ir chirurginio šviestuvo komplekto** pirkimo (Nr. 3848110).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

4.1.	Konsolės konstrukcija	<ol style="list-style-type: none">1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė;2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 2100 mm;3. Konsolės tvirtinimo prie lubų funkciname mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) papildomas laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus:<ol style="list-style-type: none">a) monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥ 1150 mm;b) monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto);c) monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnę kaip 32 colių ekrano įstrižainės monitorių;d) monitoriaus laikiklio alkūnėmis praveisti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui;4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas $\geq 330^\circ$;5. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm;6. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų;	
------	-----------------------	--	--

		7. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių stabdžių sistema.	
4.2.	Įrangos laikiklio (vertikalios kolonos) komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 lentynos, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: <ol style="list-style-type: none"> a) lentynų matmenys (plotis x gylis): (500 x 500) mm ± 50 mm; b) kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 50 kg; 2. Vienos iš lentynų priekinėje pusėje sumontuotas (-i) konsolės padėties nustatymo valdiklis (-iai) su sensorine stabdžių valdymo sistema; 3. Prie konsolės kolonos (priešingoje pusėje nei įrengtos lentynos) pritvirtinta (-os) rankena (-os) su stabdžių valdymo funkcija, skirta (-os) konsolės padėties nustatymui; 4. Vienas ≥ 100 mm aukščio stalčius, montuojamas po apatine lentyna; 5. Vienas reguliuojamo aukščio, vienos alkūnės monitoriaus laikiklis, atitinkantis sekančius reikalavimus: <ol style="list-style-type: none"> a) monitoriaus laikiklio alkūnės ilgis ≥ 300 mm; b) laikiklis turi VESA 75/100 jungimo standartą atitinkančią jungtį monitoriui pritvirtinti; c) laikiklio keliamoji galia ≥ 14 kg; d) laikiklis turi prie alkūnės primontuotą lovelį arba kitokį (-ius) konstrukcinį (-ius) elementą (-us), skirtą (-us) monitoriaus elektros maitinimo bei vaizdo signalo perdavimo kabelių fiksavimui prie laikiklio alkūnės (pageidautina, tačiau neprivaloma); e) laikiklio konstrukcija leidžia reguliuoti prie jo pritvirtinto monitoriaus pozicionavimo aukštį ir pasukimo į šonus kampą, nekeičiant paties laikiklio tvirtinimo prie konsolės vietos. 	<p><i>Prašome koreguoti lentynų matmenis: Gamintojas tiekia 26 skirtingų konfigūracijų lentynas. Jei mūsų siūlomo gamintojo lentynų matmenys papuola į reikalauojamų matmenų specifikaciją, tada negalime tenkinti reikalavimo dėl keliamosios galios. Prašome keisti reikalavimą sekančiais:</i></p> <p><i>a) lentynų matmenys (500x500) mm ± 50 mm</i></p> <p><i>b) kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 40 kg arba</i></p> <p><i>a) lentynų matmenys (500x490) mm ± 50 mm</i></p> <p><i>b) kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 50 kg</i></p> <p><i>Pakeitimai minimalūs, rta</i></p>
4.3.	Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; 3. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti 	<p><i>Koks standartas jungčių. Ar būtina Medical Technologies standartas. Mūsų gamintojas gali pateikti DIN standartą</i></p>

		skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). 4. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai techniškai suderinami su Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje jau naudojamais dujų lizdais (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 5. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).	<i>dujų terminalus. Ar tinka?</i>
--	--	---	-----------------------------------

Tiekėjas prašo pratęsti pristatymo terminą iki 16 savaičių. <...> „Individuali gamyba ir nėra aišku kokios yra konsolės ir lempos tvirtinimo pagrindas virš gipso kartono lubų. Gali būti, kad it 16 sav. Nebus pakankamas terminas, jei bus reikalingi sudėtingi tvirtinimo sprendimai”.

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Siūlome įtraukti punktą, kuriame aprašytas šviesos šaltinis (LED).

• Šviesos šaltinis:

Didelio intensyvumo tik baltą šviesą skleidžiantys diodai (tik vienos spalvinės temperatūros)

Operaciniam šviestuvui pristatyti laikas užtenkamas, tačiau konsolė gal keliauti ±15 savaičių, tad siūlome terminą pratęsti.

3.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

12-os savaičių pristatymo terminas yra per trumpas. Operacinių šviestuvų pristatymui jis būtų tinkamas, tačiau lubinių konsolių ne. Šių produktų gamybos terminas yra apie 14-16 savaičių. Jų montavimas užtrunka apie 1-2 savaites.

3.1.	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%)	≥ 50 cm	Siūlytume padidinti iki ≥75 cm
3.2.	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%)	≥ 100 cm	Siūlytume padidinti iki ≥130 cm
3.3.	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 20 iki 25 cm	Siūlytume padidinti iki 14 iki 30 cm
3.10	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra pagrindiniame (ne endoskopiniame) darbo režime (fiksuota nurodytame intervale (nereguliuojama) arba reguliuojama, su galimybe nustatyti bent vieną parametro vertę, esančią nurodytame intervale)	3900 - 4400 K	Siūlytume keisti į „Reguliuojama skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra pagrindiniame (ne endoskopiniame) darbo režime su galimybe nustatyti bent 5-ias parametro vertes intervale 3200-5600 K

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 4.3.1a ir 4.5.4 punktų reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

4.3.	Įrangos laikiklio (vertikalios kolonos) komplektacija	1. 4 lentynos, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: a) lentynų matmenys (plotis x gylis): (500 x 500) mm ± 60 mm;
4.5.	Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai)	4. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai techniškai suderinami su Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje jau naudojamais (<i>Medical Technologies</i>) dujų lizdais arba DIN standarto.

Komisija įvertinusi 2 ir 3 tiekėjų siūlymus dėl papildomų parametrų įtraukimo ir kai kurių reikalavimų (techninės specifikacijos p. 3.1, 3.2, 3.3, 3.10) sugriežtinimų, sprendžia techninės specifikacijos nekeisti, nes tai galimai ribotų konkurenciją. Pažymima, kad tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų įrangą nei nurodyta perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje.

Komisija sprendžia pratęsti pristatymo terminą iki 16 savaičių.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.