



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEIŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO**

Vadovaudamiesi **medicininės įrangos pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4167547)** konkurso sąlygų aprašo 48 p., atsakome į gautą klausimą:

**1. Klausimas:**

Norime pasitikslinti dėl OKT techninės specifikacijos 3 punkto: "OKT skenavimo lazerio bangos ilgis: Intervale nuo 850 nm ±10 nm iki 1050 nm".

Ar teisingai suprantame, jog tiekėjas turi nurodyti konkrečią lazerio bangos ilgį? Nes dauguma OKT gamintojų nurodo konkretų bangos ilgį, tarkim 850 nm, o ne bangos intervalą.

Ar nurodydami konkretų bangos ilgį būsime teisingai užpildę šią specifikacijos dalį? Pvz.: „OKT skenavimo lazerio bangos ilgis: 850 nm“.

**Atsakymas:**

Perkančioji organizacija nurodo – I pirkimo dalies OKT Techninės specifikacijos 3 punkte prašome nurodyti jūsų siūlomo prietaiso skenavimo lazerio bangos ilgį. Todėl nurodydami konkretų bangos ilgį būsite teisingai užpildę šią specifikacijos dalį (pvz.: „OKT skenavimo lazerio bangos ilgis: 850 nm“).

*Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.*

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Jūratė Beinorienė, tel. (0 46) 383259, el. p. j.beinoriene@jspc.lt



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-22 Nr. (14.24E)-VP3-580
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-22 15:04:46 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-22 15:04:58 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-22 15:08:06)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-08-22 15:08:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys