

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„CO<sub>2</sub> INKUBATORIUS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-08-08 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **CO<sub>2</sub> inkubatoriaus** pirkimo (Nr. 4039608).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2.	Išoriniai matmenys (be jungčių) (plotis×gylis×aukštis)	Ne didesni kaip 560×580×720 mm	Prašome koreguotį aukštį: ne didesnis nei <b>795 mm</b>
12.	Temperatūros paklaida, esant nustatytai 37 °C temperatūrai	Ne daugiau kaip ± 0,1 °C	Prašome koreguoti į: ± 0,3 °C

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

19.	Duomenų nuskaitymo jungtis	USB arba RS232, arba RS485 (arba lygiavertė)	Papildykite reikalavimą kad būtų įtraukta duomenų perdavimo galimybė per SD kortelę arba RJ45 jungtį.
22.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Tinka. Bet prašome papildykite specifikacijas informacija apie inkubatoriaus pajungimo reikalavimus, nes dažnai susiduriama kad klientas neturi CO <sub>2</sub> dujų reguliatoriaus prie kurio inkubatorių reikia prijungti, o reguliatorius papildomai kainuoja ir nebūna įskaičiuotas į inkubatoriaus kainą. Tai reikalavimas turėtų būti: instaliavimas prijungiant prie esamo dujų reguliatoriaus arba pajungiamas prie dujų baliono/dujų tiekimo linijos su kartu su inkubatoriumi pristatomu reguliatoriumi.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, pažymi, kad techninės specifikacijos 2 punkte nurodytas CO<sub>2</sub> inkubatoriaus aukščio matmuo yra maksimalus ir pilnai atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad vietoje, kurioje bus instaliuotas CO<sub>2</sub> inkubatorius, aukštis nuo stalviršio paviršiaus iki pakabintų spintelių yra 720 mm, todėl aukštesnis inkubatorius netilptų.

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 12 ir 19 punktų reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

12.	Temperatūros paklaida, esant nustatytai 37 °C temperatūrai	Ne daugiau kaip $\pm 0,3$ °C
19.	Duomenų nuskaitymo jungtis	USB arba RS232, arba RS485, arba <b>SD kortelė</b> , arba <b>RJ45</b> (arba lygiavertė)

Komisija taip pat sprendžia įtraukti papildomą reikalavimą CO<sub>2</sub> inkubatoriui:

21.	Reduktorius / reguliatorius	Inkubatorius komplektuojamas su jam tinkamu reduktoriumi / reguliatoriumi.
-----	-----------------------------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.