

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS NAVIKO SEKOSKAITOS TYRIMAMS KARTU SU
NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS TYRIMUS ATLIEKANČIOS LABORATORINĖS SISTEMOS
ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU ”
(Nr. 4043014)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-08-08 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių naviko sekoskaitos tyrimams kartu su naujos kartos sekoskaitos tyrimus atliekančios laboratorinės sistemos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 4043014).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„<...> Prašome pakeisti 3 ir 6 techninės specifikacijos punktus NGS platformai panaudai, ištrinti 3 punkte nanoporų paremta sekoskaitos reikalavimą; bei ištrinti/pakeisti uždarytą 6 poziciją į reikalavimus kur galima būtų pasiūlyti ir trumpų fragmentų sekvenatorius <...>.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Techninėje specifikacijoje nereikalaujama tiekti įrangos, atliekančios naujos kartos sekoskaitos tyrimus nanoporų pagrindu. Tikslus techninės specifikacijos reikalavimas, užtikrinantis konkurenciją yra: *„Veikimo principas - Nanoporų arba lygiaverčiu pagrindu paremta nukleino rūgščių sekoskaita“*.

Sekoskaitos fragmentų ilgis yra nurodytas diapozonu, užtikrinančiu tiek trumpų, tiek ilgų fragmentų sekoskaitą, reikalingą techninėje specifikacijoje išvardintiems tyrimams atlikti. Techninės specifikacijos reikalavimas „Sekoskaitos fragmentų ilgis - Diapazonas ne siauresnis nei nuo 20 bazių iki 4 mln. bazių“, leidžia siūlyti trumpų fragmentų sekvenatorius.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„<...> siūlome 8 dalies NKS įrangos panaudai specifikaciją - „mėginių bibliotekos paruošimo laikas – ne ilgiau kaip 10 min“ išbraukti arba pakoreguoti taip, kad ji neapribotų konkurencijos ir atitiktų viešųjų pirkimų teisės aktų principus. <...>“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad sutinka su tiekėjo siūlymu, įrangos techninės specifikacijos 8 punktą bus pašalintas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„<...> Daugelis NKS platformų, reagentų ir bioinformatinių sprendimų yra kuriami ir tiekiami daugiausia tik moksliniams tyrimams (RUO), kur CE sertifikavimas nėra privalomas ar netaikomas. Reikalaujant CE-IVD sertifikato, būtų automatiškai eliminuota didelė dalis inovatyvių sprendimų, kurie plačiai naudojami pirmaujančiose mokslinių tyrimų ir klinikinėse laboratorijose visame pasaulyje.<...> “

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad įranga bus naudojama ne moksliniais, o diagnostikos tikslais, todėl Europos sąjungos rinkai teikiamai įrangai CE sertifikavimas

bei ženklėjimas yra būtinas. Perkančiosios organizacijos atlikta rinkos analizė parodė, kad ne mažiau kaip 3 tiekėjai gali pasiūlyti įrangą, atitinkančią 11 punkto reikalavimą, todėl konkurencija užtikrinama. Žymėjimo CE ženklų reikalavimas (techninės specifikacijos 1 priedo 11 punktas) nebus panaikintas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Taip pat verta paminėti, jog pirkimo dalis yra nedaloma aprėpiant tiek NKS, tiek DNR/RNR išskyrimo rinkinius. Tai taip pat riboja konkurenciją ir siūlome tai išskaidyti į atskiras pirkimo dalis“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad DNR išskyrimas yra viena iš Naujos kartos sekoskaitos tyrimo sudedamųjų dalių, todėl pirkimas negali būti skaidomas į atskiras pirkimo dalis.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.