

SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJS (CVP IS PRANEŠIMO ID 326859)

VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ (toliau - perkančioji organizacija) atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Priemonės, skirtos valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos procesui ir kontrolei (Nr. 9746-2)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-08-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo ID 4018708), (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-08-22 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pranešimą (CVP IS pranešimas ID 326859), kurį, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu dėl pretenzijai būdingo turinio, laiko pretenzija, nes tiekėjas siūlo patikslinti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalį, pridėdamas panaudai suteikiamos įrangos lentelę bei 43, 44, 45, 46 pirkimo dalis, nurodant galimą sterilizacijos maišelių išmatavimų paklaidą.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPI) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPI nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo pateiktą Tiekėjo pretenziją ir nusprendė ją tenkinti:

1. Nutraukti pirkimo procedūras 43, 44, 45, 46 Pirkimo dalyse bei patikslinti techninės specifikaciją, nurodant galimas sterilizacijos maišelių išmatavimų paklaidas maišelių pločiui (+20 mm), ilgiui (+80 mm).

Viešųjų pirkimų tarnybos yra išaiškinta, kad, kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, keičiant techninės specifikacijos reikalavimus nenutraukus pirkimo procedūrų, būtų pažeisti 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai, **todėl perkančioji organizacija priėmė sprendimą Pirkimo procedūras 43, 44, 45, 46 Pirkimo dalyse nutraukti ir pakeitus pirkimo sąlygas, t. y. patikslinus techninės specifikacijos reikalavimus taip, kad nebūtų ribojama konkurencija ir daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, skelbti pirkimą iš naujo.**

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2d. 3p., nutraukus pirkimo procedūras **43, 44, 45, 46 Pirkimo dalyse**, pirkimo procedūros šiose pirkimo dalyse pasibaigė nesudarius pirkimo sutarties.

2. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą tikslinti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalyje 4 punkte nurodytus reikalavimus bei pridėti panaudai siūlomą įrangos lentelę.

Vadovaujantis tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT), tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, keičiant (tikslinant) jau paskelbto viešojo pirkimo sąlygas, privalo būti paisoma nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų, taip pat skaidrumo pareigos. Nediskriminavimo ir vienodo požiūrio, skaidrumo principų reikalavimų įgyvendinimas yra užtikrinamas tuo atveju, kai perkančioji organizacija, keisdama jau paskelbtas viešojo pirkimo sąlygas, laikosi trijų sąlygų - vadinamųjų *Borta kriterijų* (ESTT 2017-04-05 sprendimas *Borta* byloje Nr. C-298/15):

- pirma, atitinkami paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų (sąlygų) pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo,
- antra, kad apie šiuos pakeitimus tinkamai paskelbta, ir,
- trečia, kad jie padaromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus, šių pasiūlymų pateikimo

terminas pratęsiamas, jeigu atitinkami pakeitimai svarbūs, ir pratęsimo trukmė yra pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą teismų praktiką bei į tai, kad perkančiosios organizacijos daromi Pirkimo sąlygų pakeitimai nėra tokie esminiai, kad galėtų pritraukti naujų potencialių dalyvių bus tinkamai paskelbti, pasiūlymų pateikimo terminas yra pakankamas tiekėjams susipažinti su atliktais pakeitimais, Perkančioji organizacija tikslina techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies "Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams" 4 punkte nurodytą reikalavimą „Indikatorius turi būti tinkamas naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais (Monarch®) arba pasiūlius panaudai lygiavertį spausdintuvą, suderinus, privalu pateikti reikiamą skaičių (10 vienetų), aprūpinant darbo vietas ir užtikrinant jų techninę priežiūrą“ **pridedant panaudai siūlomos įrangos lentelę (aktuali techninės specifikacijos redakcija pridedama) nepratęsdama pasiūlymų pateikimo termino.**

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, toliau vykdo pirkimo procedūrą VPI nustatyta tvarka.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją, vadovaujantis VPI 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

Pagarbiai
Viešųjų pirkimų komisija