

Suinteresuotiems tiekėjams
siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-08-27 Nr.VP08 - 146


INFORMACIJA TIEKĖJAMS (pirkimo Nr.3901992)

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo Sterilizatoriaus ir instrumentų plovimo mašinos pirkimą atviro (tarptautinio) konkurso būdu, pirkimo Nr. 3901992.

Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų klausimus ir prašymus ir pateikia atsakymus:

1 Klausimas/prašymas. Dėl 1 pirkimo dalies „Sterilizatorius“ techninės specifikacijos 2 punkto reikalavimo. Tiekėjas nurodo, kad vienas iš reikalavimų – išorinis įrenginio plotis ne didesnis kaip 900 mm (techninės specifikacijos 2 punktas) – tiekėjo siūlomam modeliui yra viršijamas tik 3 mm (903 mm). Vertinant pagal proporcingumo principą, toks minimalus skirtumas (0,33 %) neturi jokios įtakos įrenginio montavimui, ergonomikai ar saugiam naudojimui. Pabrėžiame, kad tiekėjo siūlomas modelis pilnai atitinka visas kitas techninės specifikacijos sąlygas, įskaitant atitiktį standartui LST EN ISO 285:2015, CE ženkliniam, automatinį durų valdymą, garo generatoriaus integraciją ir reikalaujamas sterilizacijos programas. Taip pat tiekėjo siūlomo modelio kameros tūris yra 157 l, t. y. vos 3 litrais mažesnis nei nurodytas reikalavimas ≥ 160 l (techninės specifikacijos 4 punktas). Visgi, šis skirtumas ne tik nebloginą įrenginio funkcionalumo, bet ir neigiamai neturi įtakos pirkimo tikusio – efektyviam medicininių instrumentų sterilizavimui. Įrenginys gali sterilizuoti tokį patį įrankių kiekį kaip ir kiti įrenginiai su ≥ 160 l kamera, užtikrinant pilną ciklą atitiktį normatyvams. Tiekėjas nurodo, kad tokie fiksuoti matmenų ir tūrio reikalavimai, kurie nėra tiesiogiai susiję su sauga ar funkcinė paskirtimi, gali nepagrįstai riboti tiekėjų konkurenciją, todėl tiekėjas prašo įvertinti galimybę priimti siūlomą įrenginį, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi – pirkimas turi būti vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų; 37 straipsnio 3 dalimi – techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir negali diskriminuoti tiekėjų; 37 straipsnio 5 dalimi – draudžiama nustatyti nepagrįstus techninius reikalavimus, ribojančius tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime, nebent jie yra būtini pirkimo objektui apibūdinti.

Atsakymas. Dėl sterilizatoriaus pločio reikalavimo (≤ 900 mm). Pažymime, kad prieš šį pirkimą CVP IS priemonėmis buvo įvykdyta rinkos konsultacija (CVP IS Nr.3154867). Rinkos konsultacijos metu rinkos dalyviai teikė pastabas dėl sterilizatoriaus išorinių matmenų pakeitimų į kuriuos Perkančioji organizacija jau atsižvelgė. Techninės specifikacijos reikalavimai yra parengti įvertinus faktines Perkančiosios organizacijos patalpų sąlygas ir infrastruktūrą. Medicinos įranga turi tilpti į esamą patalpų išplanavimą, paliekant vietos saugiam aptarnavimui, techninei priežiūrai ir personalo darbo ergonomikai. Atitinkamą parametraž rinkoje atitinka ne mažiau kaip trys modeliai, techninis parametras nebus keičiamas.




Dėl sterilizatoriaus kameros tūrio (≥ 160 l) reikalavimo. Pažymime, kad šis pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą "Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone", Nr. 09-022-P-0004 (toliau – Projektas). Projekte yra nurodytas sterilizatoriaus kameros tūris – ne mažesnis kaip 160 l, todėl šio parametro keitimas neatitiktų perkančiosios organizacijos poreikių ir Projekte numatyto reikalavimo. Atitinkamą parametą rinkoje atitinka ne mažiau kaip trys modeliai, techninis parametras nebus keičiamas.

2 Klausimas/prašymas. Prašymas pateiktas **1 pirkimo dalyje** „Sterilizatorius“. Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įvardintais lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais, kurie teigia, jog Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nustatydamą minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, techninius reikalavimus pirkimo objektui, viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir kitas konkurso sąlygas, turi užtikrinti tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą, ypač nustatydamą techninius reikalavimus pirkimo objektui, taip pat 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje teigiama, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, t.y. Perkančioji organizacija skelbia technines specifikacijas, tiekėjai dėl jų gali teikti pastabas ir pasiūlymus, o Perkančioji organizacija juos privalo nagrinėti – tai padeda užtikrinti, kad techninė specifikacija užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų, prašome Perkančiosios organizacijos pakeisti 1 pirkimo dalies „Sterilizatorius“ 2 punkto „Sterilizatoriaus išoriniai matmenys“ gylio parametą, jį padidinant iki 1400 mm, vietoj techninėje specifikacijoje nurodyto 1250 mm. Padidinus gylio parametą būtų galima Perkančiajai organizacijai pasiūlyti didesnę sterilizatorių pasirinkimą. Atlikus šį pakeitimą bus mažiau ribojama konkurencija, daugiau dalyvių, sugebančių įvykdyti sutartį galės pasiūlyti savo gaminius ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – Perkančiajai organizacijai įsigyti reikiamą produktą už mažiausią kainą.

Atsakymas. Dėl sterilizatoriaus išorinio gylio (≤ 1250 mm). Prieš šį pirkimą CVP IS priemonėmis buvo įvykdyta rinkos konsultacija (CVP IS Nr.3154867). Rinkos konsultacijos metu rinkos dalyviai teikė pastabas dėl sterilizatoriaus išorinių matmenų pakeitimų į kuriuos Perkančioji organizacija jau atsižvelgė. Atitinkamą parametą rinkoje atitinka ne mažiau kaip trys modeliai, techninis parametras nebus keičiamas. Taip pat žr. 1 atsakymą.

3 Klausimas. Prašome paaiškinti/patikslinti dėl **2 pirkimo dalies** „Instrumentų plovimo mašina“ techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimo, kad instrumentų plovimo mašinos kamera, rotacinės plovimo rankos, hidrauliniai kontūrai ir filtrai būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316L markės arba lygiavertės medžiagos. Instrumentų plovimo mašina nėra slėginis indas. Tokia aukšta nerūdijančio plieno markė kaip AISI 316L reikalinga slėginiams indams, pavyzdžiui, garo sterilizatoriui. Todėl reikalavimas yra perteklinis. Tokios mašinos dalys kaip rotacinės plovimo rankos ar filtrai, hidrauliniai kontūrai gali būti pagaminti ir iš nerūdijančio plieno AISI 304, kad atitiktų racionalumo reikalavimus. Kadangi medžiagų ir jų lydinių įvairovė labai didelė, turėtų būti tiksliau apibrėžti lygiavertiškumo reikalavimai, pavyzdžiui, nurodant kiek



procentų medžiagų lydinyje turėtų sudaryti plienas ar kt. Be to, tokio konstrukcinio elemento kaip hidraulinis kontūras mašinoje gali ir nebūti. Nėra aišku, kurie filtrai turi būti metaliniai. Prašome patikslinti techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimą atsisakant perteklinių reikalavimų - išbraukti dalį parametro "rotacinės plovimo rankos, hidrauliniai kontūrai ir filtrai".

Atsakymas. Techninės specifikacijos 4 punkte nustatytas reikalavimas, kad instrumentų plovimo mašinos kamera, rotacinės plovimo rankos, hidrauliniai kontūrai ir filtrai būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316L markės arba lygiavertės medžiagos yra pagrįstas. Šis reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti medicinos įrangos atsparumą agresyviems dezinfekciniams plovikliams, didesnę atsparumą korozijai, bei ilgaamžiškumą intensyviai naudojant įrangą medicinos įstaigoje. AISI 316L plienas tarptautinėje praktikoje yra plačiai naudojamas medicinos įrangos gamyboje būtent dėl savo savybių, todėl reikalavimas negali būti laikomas pertekliu, atitinkamą parametą rinkoje atitinka ne mažiau kaip trys modeliai. Pirkimo sąlygose taip pat numatyta galimybė siūlyti lygiavertę medžiagą, atitinkančią nustatytą kokybės lygį. Pagal pirkimo sąlygų 2.9 punktą lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai. Nustatytas reikalavimas nebus keičiamas.

4 Klausimas. 2 pirkimo dalies „Instrumentų plovimo mašina“ techninės specifikacijos 11 punktas yra neaiškus, nes nenurodyta tiksliai, kokį kiekį rėmų ir krepšelių turi pasiūlyti, ir ar turi siūlyti tiekėjai savo pasiūlyme. Pagal 3 stulpelio formuluotę turėtų būti siūlomas tik vienas rėmas. Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu yra perkamas rėmas 1 vnt. kartu su talpinamu krepšelių skaičiumi (pavyzdžiui, jei siūlomas 4 lygių rėmas talpinantis 8 DIN krepšelius, ar reikia pasiūlyti 1 vnt. rėmą ir 8 vnt. DIN krepšelių)?

Atsakymas. Taip, tiekėjo nurodytas pavyzdys yra tinkamas. Šiuo pirkimu yra perkami **rėmas ir krepšeliai**, t.y. tiekėjai turi pasiūlyti ne mažiau kaip 4 lygių rėmą ir ne mažiau kaip 8 DIN tipo krepšelius.

Komisijos pirmininkas

Gintaras Urbonas

Diana Germanovič, el.p. diana.germanovic@vrp.lt