

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Deguonies srauto reguliatoriai – drėkintuvai“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-04-18, Nr.2291394
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-04-18 iki 2025-05-05
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų, rekomendacijų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas (kalba netaisyta)	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Deguonies srauto reguliatorius – drėkintuvas			
5. Reguliavimo tikslumas	Ne daugiau kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės	Prašome pakeisti į „Ne daugiau kaip 20% nuo nustatytos skalėje reikšmės“ Dauguma rinkoje siūlomų srauto reguliatorių reguliavimo tikslumas yra 20% nuo nustatytos skalėje reikšmės. Tokių techninių duomenų pilnai pakanka efektyviam darbui, o prašant 10% reguliavimo tikslumo būtų tik išbranginta pirkimo vertė.	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reikalavimą į: „Ne daugiau kaip 20% nuo nustatytos skalėje reikšmės“
6. Maksimalus deguonies srautas už dozavimo skalės ribų	Ne mažiau kaip 40 l/min	Prašome panaikinti šį reikalavimą. Manome, kad tai yra perteklinis reikalavimas, kadangi bet kuriuo atveju naudoti dujas virš dozavimo skalės ribų yra nerekomenduojama, taigi ir reikalavimas tai žymėti, mūsų manymu, yra perteklinis. Prašytume ištrinti šį punktą iš techninės specifikacijos.	Perkančioji organizacija sutinka pašalinti reikalavimą.