



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEIŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **CPO Medicininės įrangos (ultragarsinės diagnostikos sistemos) atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4144845)** sąlygų aprašo 45 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

1 pirkimo dalies „Ultragarsinė diagnostinė sistema (echoskopas) chirurgijai“ ekonominių naudingumų vertinimo kriterijaus punktas Nr. 2. skelbia „ Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) “.

Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti šį reikalavimą, kad reikalavimas būtų teisingai interpretuojamas ir būtų išpildomas perkančiosios organizacijos poreikis. Ar šiuo punktu reikalaujate, kad ketinama įsigyti sistema turėtų šią funkciją, kurią būtų galima įjungti/išjungti ar skenavimo technologiją, kuri veikia visą laiką nepriklausomai nuo režimo?

Atsakymas:

I pirkimo dalies „Ultragarsinė diagnostinė sistema (echoskopas) chirurgijai“ ekonominių naudingumų vertinimo kriterijaus punktas Nr. 2. skelbia „ Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) “.

Norima įsigyti sistemą, kurioje ši funkcija būtų skenavimo technologiją, kuri veikia visą laiką nepriklausomai nuo režimo.

2. Klausimas:

4 pirkimo dalies „Ultragarsinė diagnostinė sistema (echoskopas) endokrinologijai“ techninės specifikacijos punktas Nr. 8. skelbia „ Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) “.

Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti šį reikalavimą, kad reikalavimas būtų teisingai interpretuojamas ir būtų išpildomas perkančiosios organizacijos poreikis. Ar šiuo punktu reikalaujate, kad ketinama įsigyti sistema turėtų šią *funkciją*, kurią būtų galima įjungti/išjungti ar *skenavimo technologiją*, kuri veikia visą laiką nepriklausomai nuo režimo?

Atsakymas:

IV pirkimo dalies „Ultragarsinė diagnostinė sistema (echoskopas) endokrinologijai su endokavitaliniu, linijiniu ir dviem konvekciniiais davikliais“ techninės specifikacijos punktas Nr. 8. skelbia „ Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) “.

Norima įsigyti sistemą, kurioje ši funkcija būtų skenavimo technologiją, kuri veikia visą laiką nepriklausomai nuo režimo



Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-27 Nr. (14.24)-VP3-585
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 16:16:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-27 16:16:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-27 16:37:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-27 16:37:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys