

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ULTRAGARSO APARATAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-08-08 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **ultragarso aparato** pirkimo (Nr. 4039736).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2.	Sistemos struktūra	1. Portatyvi; 2. Su integruotu arba atskirai komplektuojamu vežimėliu, su fiksuojamais ratukais; 3. ≥ 15 " įstrižainės vaizdo monitorius.	1. Prašome reikalavimą pakeisti atitinkamai „Sistemos struktūra – portatyvus arba mobilus“ Terminas „portatyvus“ reikia, jog ultragarso aparatas gali būti transportuojamas, tačiau mobilus su vežimėliu ir ratukais taip pat yra stumdomas, todėl portatyviai galima ji pasistatyti kitoje patalpoje. Prašome atsižvelgti į aukščiau nurodytus pastebėjimus, nes antrasis punktas pažymi mobilaus ultragarsinės sistemos charakteristiką.
6.	Spalvinio doplerio režimas	1. Lango kampo keitimas; 2. Spalvinio doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 iki 14,9 KHz.	2. Prašome pakeisti reikalavimą į „Spalvinio doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 - 9.90 kHz“
10.	Vaizdų fiksavimas	1. CINE peržiūros atmintis $\geq 40\ 000$ kadru; 2. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI (arba lygiaverčiai).	1. Prašome pakeisti reikalavimą į „CINE peržiūros atmintis ≥ 12410 kadru“

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

2.	Sistemos struktūra	1. Portatyvi arba mobili ; 2. Su integruotu arba atskirai komplektuojamu vežimėliu, su fiksuojamais ratukais; 3. ≥ 15 " įstrižainės vaizdo monitorius.
----	--------------------	--

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 6.2 ir 10.1 punktuose nurodyti reikalavimai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlomi 6.2 ir 10.1 punktų pakeitimai sudarytų galimybę siūlyti mažesnio nei reikalaujama funkcionalumo, prastesnių

techninių parametrų ultragarso aparatą. Tiekėjo siūlomi pakeitimai mažina įrangos techninius parametrus, tiesiogiai įtakojančius vaizdo kokybę, o tuo pačiu ir įrangos pritaikomumą, klinikinio panaudojimo galimybes. Pažymima, kad kuo daugiau kadru galima saugoti (techninės specifikacijos p. 10.1), tuo ilgesnį laiką galima peržiūrėti ultragarso aparato užfiksuotą vaizdo seką ir pasirinkti geriausią momentą dokumentavimui. Tai ypač naudinga, kai reikia užfiksuoti trumpus fiziologinius reiškinius (pvz.: trumpos srovės pro šlapimtakius).

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.