

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-08-14 ir 2025-08-18 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-08-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 4077188) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjas pateikia siūlymus:*

**Nr. 1. Adatos spinalinei anestezijai 25G 110-130mm.**

*Siūlome į techninę specifikaciją įtraukti adatos pravedėją šio dydžio spinalinei adatai.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 1. Adatos spinalinei anestezijai 25G 110-130mm**, sutinka įtraukti techninės specifikacijos reikalavimą „su adatos pravedėju“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**1. Adatos spinalinei anestezijai 25G („Quincke“ tipo arba lygiavertės) 110-130 mm:**

- sterilios (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinės (pažymėta simboliu);
- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;
- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose jungties plokštumose;
- su adatos pravedėju;
- įstrižai nupjautu galu („Quincke“ tipo arba lygiavertė);
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz.<br>Nr. | Dydis                                            | Orientacinis poreikis<br>(vnt.) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.          | 25G („Quincke“ tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | 350                             |

**Nr. 5. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 45-47mm.**

*P.d. 5 siūlome koreguoti TS atitinkamai:*

- plokštelės dydis 110 mm -125 mm.
- didžiausia iškirpimo anga 45-60 mm;
- pageidautina skaidrus langas stomos būklės įvertinimui;

*P.d. 5 praplėčia galimybę sudalyvauti daugiau potencialių gamintojų.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 5. **Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 45-47mm**, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*plokštelės dydis 110 mm +/- 2 mm*“ į reikalavimą „*plokštelės dydis 110 mm -125 mm*“. Didesnė plokštelė ne tik neatitinka įstaigos poreikių, bet ir kelia papildomų praktinių nepatogumų pacientams (sumažėja komfortas, didesnė odos pažeidimų rizika, sunkiau pritaikyti prie įvairių kūno formų). Todėl numatytas dydis yra būtinas, kad priemonės atitiktų tiek klinikinius, tiek ergonominius reikalavimus. Nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*didžiausia iškirpimo anga 45-57 mm*“ į reikalavimą „*didžiausia iškirpimo anga 45-60 mm*“, kadangi įstaigai reikalingi būtent tokio dydžio gaminiai, kokie yra numatyti techninėje specifikacijoje. Praplėtus angos ribas, priemonė nebeatitiktų suplanuotos pacientų grupės poreikių. Be to, esamas reikalavimas jau suteikia pakankamą dydžių intervalą, leidžiantį užtikrinti tiek funkcionalumą, tiek saugumą.

Nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*skaidrus langas stomos būklės įvertinimui*“ į reikalavimą „*pageidautina skaidrus langas stomos būklės įvertinimui*“. Skaidrus langas yra privalomas, kadangi: chirurgas ar slaugytojas turi galimybę greitai įvertinti stomos pokyčius, jos spalvą ir kraujotaką, neskatinant papildomų intervencijų; turinio pobūdžio stebėjimas yra svarbi paciento priežiūros dalis – tai leidžia laiku pastebėti komplikacijas; be skaidraus lango vertinimui tektų nuimti maišelį, o tai ne tik eikvotų laiką ir įstaigos išteklius, bet ir didintų infekcijų bei odos pažeidimų riziką pacientui.

*Siūlome 5 pozicijos specifikacijoje didžiausios iškirpimo angos išmatavimų ribas praplėsti nuo, pavyzdžiui, 13mm iki 52mm. Manome, kad tai padidintų konkurse dalyvaujančių tiekėjų skaičių ir pasirinkimo galimybes.*

*Produkto gamintojas turi tarptautinį ISO 14001:2015 sertifikatą, nurodantį, kad įmonė laikosi aplikosaugos vadybos sistemos keliamų reikalavimų.*

*Gamybos procese naudojamos antrinės pakuotės, tinkamos perdirbimui ir turinčios tai patvirtinantį ženklą.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 5. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 45-47mm**, tikslina techninėje specifikacijoje pastebėtą klaidą iš „*didžiausia iškirpimo anga 45-57 mm*“ į „*didžiausia iškirpimo anga 45-47 mm*“. Nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*didžiausia iškirpimo anga 45-47 mm*“ į reikalavimą „*didžiausia iškirpimo anga 13-52 mm*“, nes rizikuojame gauti priemonę su labai maža iškirpimo anga, kuri neatitiks techninės specifikacijos ir įstaigos poreikių.

#### **Techninę specifikaciją skaityti taip:**

##### **5. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 45-47mm:**

- hidrokoloidinė kerpama **išgaubta** plokštelė.
- plokštelės dydis 110 mm +/- 2 mm.
- didžiausia iškirpimo anga 45-47 mm;
- plokštelė kirpimui sumarkiruota kas 5 mm;
- skaidrus langas stomos būklės įvertinimui;
- išleidimo anga su lipniu dvigubu užsegimu.

*Orientacinis poreikis: 100 vnt.*

### **Nr. 9.1-9.2 Indas, skirtas širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui**

*Prašome tikslinti techninę specifikaciją p.d.9.1-9.2 Indas, skirtas širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui*

*laikymo temperatūra: nuo +4°C iki -80°C;*

*Poz. Nr. Talpa (ml)*

*9.1 250 -300 ml.*

*9.2 500 -550 ml.*

*Šiuo metu nurodyta temperatūra yra neteisinga nes širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui yra naudojami šaldytuvai su +4°C arba užšaldymas iki -80°C.*

*Dabar nurodyti talpų dydžiai riboja konkurenciją arba tokio produkto rinkoje nėra.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 9.1-9.2 Indas, skirtas širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui**, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „laikymo temperatūra: (+4°C) – (+35°C)“ į reikalavimą „laikymo temperatūra: (+4°C) – (-80°C)“. Sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus iš „talpa 250 ± 5 ml“ ir „talpa 500 ± 5 ml“ į „talpa 250-300 ml“ ir „talpa 500-550 ml“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

#### **9.1.-9.2. Indas, skirtas širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui:**

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- skirtas žmogaus audinių laikymui ir transportavimui;
- su užsukamu dangteliu;
- pagamintas iš permatomo (skaidraus) plastiko ar lygiavertės medžiagos;
- laikymo temperatūra: (+4°C) – (-80°C);
- supakuota po vieną;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
- galiojimas ne mažiau 12 mėn.

| <i>Poz. Nr.</i> | <i>Talpa (ml)</i> | <i>Orientacinis poreikis</i> |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 9.1             | 250 - 300 ml      | 96                           |
| 9.2             | 500 - 550 ml      | 30                           |

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

#### **NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 1, Nr. 9.1.-9.2.
2. Iš dalies patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 5;
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.