

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-07-21 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-07-16 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 3702153) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

Nr. 1. Kinezioteipavimo pleistras:

1 pirkimo dalyje prašome panaikinti reikalavimą - atsparus vandeniui; ir galima ištempti iki 130 % pradinio ilgio;

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 1. Kinezioteipavimo pleistras**, nesutinka naikinti reikalavimo „atsparus vandeniui“, nes pleistras dažnai nešiojamas kelias dienas, todėl jis turi išlikti veiksmingas ir neprarasti lipnumo esant prakaitavimui, prausiantis ar kontaktuojant su drėgme. Nesutinka naikinti reikalavimo „galima ištempti iki 130 % pradinio ilgio“, nes efektas pasiekiamas tik užtikrinus tam tikrą pleistro elastingumo ribą.

Nr. 4. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:

Prašome patikslinti techninę specifikaciją p.d. 4. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai ar monopolinis stimuliacijos zondas turi būti tiesus, lenktas ar „bayonet“ dizaino?

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 4. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai**, sutinka tikslinti ir pridėti techninės specifikacijos reikalavimą „monopolinis stimuliacijos zondas turi būti tiesus“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

4. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- sterilus (simbolis ant pakuotės) monopolinis stimuliacijos zondas, aktyvi dalis izoliuota;
- monopolinis stimuliacijos zondas turi būti tiesus;
- skirta skydliaukės chirurgijai;
- 1 mm diametro;
- $90 \pm 0,01$ mm ilgio su $2,5 \pm 0,1$ m ilgio laidu;
- DIN42802-1 arba lygiaverčio tipo jungtimi;

- visos vienkartinės priemonės turi būti suderinamos su Avalanche SI 2 neurostimuliatoriumi, kurį įsigijo operacinė (tiekėjas įsipareigoja pateikti, gamintojo raštišką patvirtinimą);
- vienkartinių priemonių aprašas būtinas LT kalba, tiekėjas įsipareigoja mokymus operacinės personalui;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 1.
2. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 4.
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.