

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ELEKTROPEILIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-08-01 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **elektropeilių** pirkimo (**Nr. 3944227**).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1 pirkimo dalis. Elektropeilis (vidutinio galingumo), kiekis 3 komplektai

Techninė specifikacija nėra aiški dėl 3.3.1 ir 3.3.2 punktų. Tas pats pavadinimas: Bipolinė koaguliacija. Pagal reikalaujamas reikšmes, 3.3.2 turėtų būti bipolinis pjovimas.

Taip pat nėra korektiška, kai nurodomos įtampos, dažnio ir varžos reikšmės. Tai yra pagal vieną pasirinktą gamintojo modelį. Mūsų siūlomas elektrochirurginis aparatas su mažesnėmis reikšmėmis pasiekia didesnę galią.

3.1.2.	Mišrus pjovimas	1. Su koaguliacijos efektu; 2. Didžiausia galia ≥ 180 W; 3. Didžiausia įtampa ≥ 1200 V; 4. Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; 5. Didžiausia varža $\geq 500 \Omega$.	Prašome sumažinti galią iki 150 W, kurios praktikoje pilnai pakanka
3.2.1.	Monopolinė standartinė koaguliacija	1. Didžiausia galia ≥ 120 W; 2. Didžiausia įtampa ≥ 3200 V; 3. Didžiausias dažnis ≥ 485 kHz; 4. Didžiausia varža $\geq 500 \Omega$.	Prašome sumažinti dažnį iki 400 kHz, nes esant šiam dažniui galia pasiekama iki 150 W
3.3.1.	Bipolinė koaguliacija	1. Didžiausia galia ≥ 70 W; 2. Didžiausia įtampa ≥ 150 V; 3. Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; 4. Didžiausia varža $\geq 50 \Omega$.	3 punkto 3 dalyje yra reikalavimas: ≥ 2 skirtingi bipoliniai režimai. Tai yra bipolinis pjovimas ir bipolinė koaguliacija. Pagal reikalaujamą varžos dydį 300Ω , tai šis punktas turėtų būti bipolinis pjovimas. Jeigu taip, tai prašome įtampos reikšmę sumažinti iki 500 V, dažnio reikšmę iki 350 kHz, nes esant šioms reikšmėms, elektrochirurginis aparatas pasiekia iki 120 W pjovimo galią.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, sprendžia techninės specifikacijos 1-oje pirkimo dalyje tiekėjo nurodytų 3 punkto reikalavimų (3.X.Y) dėl pjovimo ir koaguliacijos (monopolinių bei bipolinių) režimų nekeisti, nes tiekėjo siūlomi pakeitimai sumažinti reikalavimus sudarytų galimybę siūlyti mažesnio nei reikalaujama funkcionalumo, prastesnių techninių parametrų elektropeilius. Tiekėjo siūlomi pakeitimai mažina įrangos techninius parametrus, tiesiogiai turinčius įtakos operacijų metu atliekamų procedūrų kokybei, o tuo pačiu ir įrangos pritaikomumui, klinikinio panaudojimo galimybėms. Atsižvelgiant į tai, toks pakeitimas mažintų įrangos technologinį lygį, galimybę operacijos metu užtikrinti kuo mažesnę žalą žmogaus audiniams ir kuo didesnę saugumą. Pažymėtina, jog Perkančioji organizacija siekia atnaujinti turimus aukšto lygio technologijų elektropeilius į lygiavertę ar geresnę (ne prastesnę) įrangą. Techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai siekiami įsigyti įrangai yra parinkti remiantis

ilgamete LSMUL Kauno klinikų specialistų patirtimi bei režimų išbandymu praktinėmis sąlygomis.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.