

**IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(pirkimo numeris 4245856)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo pirkimui sauskelnės.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimui sauskelnės.

2025-08-27 gautas Tiekėjo paklausimas dėl 2025-08-26 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Sauskelnės“ (pirkimo Nr. 4245856) techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime prašo <...> *Norėjau pasiteirauti dėl šio punkto: "dydis L, išmatavimai 100-160 cm (klubų/liemens apimtis)."*

Ar šis išmatavimas neturi nei kiek galimos paklaidos?

Gamintojo nurodoma būtent klubų apimtis:

L dydžio: 100-150 cm

L-XL dydžio: 110 – 170 cm arba 110-160 cm

Ar šie variantai jau būtų netinkami?

Jeigu tinkami ar būtų problema, jeigu ant pakuotės nurodytas L-XL dydis, o ne tik L?

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą vadovaudamasi pirkimo dokumentų nuostatomis, atsako:

-Techninėje specifikacijoje L dydis (100–160 cm klubų/liemens apimtis) pasirinktas atsižvelgiant į pacientų poreikius bei tai, kad atskirai perkame ir XL dydžio sauskelnes. Tokiu būdu užtikriname, kad būtų prieinama tinkama gaminio įvairovė ir kiekvienam pacientui būtų galima parinkti tikslų dydį.

Norime atkreipti dėmesį, kad dydžių deriniai (pvz., L-XL) neatitinka mūsų poreikių, nes tokiu atveju nebūtų užtikrinamas pakankamai aiškus skirtumas tarp dydžių. Tai gali lemti praktines problemas – personalui sudėtingiau greitai parinkti tinkamiausią dydį, be to, daliai pacientų tokios „dvigubos“ sauskelnių žymos gali netikti dėl per mažo arba per didelio priglodimo. Todėl prašome siūlyti būtent L dydžio sauskelnes pagal nurodytą reikalavimą.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.