

IŠRAŠAS IŠ
„ORTODONTINĖS MEDŽIAGOS“
(NR. 1669183)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
2025 m. d. Nr. 3
Kaunas

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-03-21 gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2025-03-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „Ortodontinės medžiagos“ (Nr. 1669183) techninės specifikacijos reikalavimų.

1 Tiekėjas paklausime nurodo:

„... Dalyje Nr. 1 siūlome keisti sąlygą: Mėlyna spalva, nes yra apribojama pasiūla. Dalyje Nr. 2 siūlome keisti sąlygą: maišymo laikas ne mažiau kaip 45 sek, nes kitų gamintojų alginatų maišymo laikas yra 35 sek...“

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą siūlymą dėl pirkimo dalies Nr.1 mėlyna spalva yra svarbi perkančiajai organizacijai, ortodontijoje ji naudojama kaip ryškus spalvinis rodiklis, kadangi pacientai dažniausiai yra vaikai, ir ši mėlyna spalva yra ženkliai ryškesnė ir intensyvesnė, todėl nuplaunant nuo danties paviršiaus ryškiai matosi likučiai.

Pirkimo komisija sutinka su tiekėjo siūlymu keisti sąlygą dėl maišymo laiko pirkimo daliai Nr. 2 ir sutinka tikslinti techninę specifikaciją, maišymo laiko ribos bus praplečiamos nuo 35 sek. iki 45 sek.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.
2. Tvirtinti aktualios techninės specifikacijos redakciją.