

**IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“**

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-08-14 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-08-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 4118154) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjas pateikia siūlymus:*

**Nr. 4. Apklotai limpančiu kraštu 300±5 x 175±5 cm:**

Taip. Pirkimo dalis Nr.4- kuri apklotu 300x175 kraštinė pageidaujama lipniu kraštu- ilgoji ar trumpoji?
---

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 4. **Apklotai limpančiu kraštu 300±5 x 175±5 cm**, tikslina techninės specifikacijos reikalavimą iš „*vienas limpantis kraštas*“ į reikalavimą „*vienas limpantis kraštas ilgojoje pusėje*“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**4. Apklotai limpančiu kraštu 300±5 x 175±5 cm:**

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių:
  - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;
  - apatinis – nepralaidus skysčiams;
- skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- sugeriamumo procentas vienodas visame apklotu paviršiuje;
- medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
- vienas limpantis kraštas ilgojoje pusėje;
- dydis: 300 ± 5 x 175 ± 5 cm;
- paklotai atitinka ES standartą EN 13795-1:2019 ir (EU) 2017/745 MDR (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- steriliame įpakavime po 1 vnt.;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 6 000 vnt.*

**Nr. 5. Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:**

Prašomos korekcijos 5-ai daliai:
----------------------------------

### **5. Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:**

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- vieno kanalo;
- dydis 4F (22G);

Rinkinį sudaro:

- **punkcinė adata 50 mm – prašome koreguoti į 40 mm±10mm (mūsų siūlomame rinkinyje adatos ilgis yra 38mm)**
  - J formos atspari persilenkimui styga („Kink-proof“ tipo arba lygiavertė);
  - **dilatatorius; prašome išbraukti, kadangi kateteris labai plonas ir dilatatoriaus vaidmenį atlieka adata**
  - 8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu, rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir **trišakiu kraneliu su prailginimo linija (1 kanalo kateteriui dažnu atveju reikia papildomos atšakos, todėl rekomenduojame įtraukti ir trišakį kranelį su prailginimo linija), ~~dviejų kanalų~~ prašome išbraukti, kadangi pavadinime prašomas 1 kanalo kateteris.**
  - EKG kontrolės laidas;
  - **5 ml švirkštas; prašome koreguoti į 5 ml±2mm (mūsų siūlomame rinkinyje švirkšto tūris yra 3ml)**
  - skalpelis;
  - slankiojantys tvirtinimo sparneliai;
  - spaustukai;
  - kateterio fiksatorius limpantis prie odos;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

*Orientacinis poreikis: 100 vnt.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 5. **Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis**, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus: iš „punkcinė adata 50 mm“ į reikalavimą „punkcinė adata 40 mm±10mm“, iš reikalavimo „8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu, rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais, dviejų kanalų“ į reikalavimą „8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu, rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir trišakiu kraneliu su prailginimo linija“, iš reikalavimo „5 ml švirkštas“ į reikalavimą „5 ± 2 ml švirkštas“.

Nesutinka naikinti reikalavimo „rinkinį sudaro: dilatatorius“, kadangi rinkinyje esantis plėtiklis yra svarbus komponentas, be kurio gali būti sunku/neįmanoma įvesti kateterio į kraujagyslę.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

### **5. Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:**

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- vieno kanalo;
- dydis 4F (22G);

Rinkinį sudaro:

- punkcinė adata 40 mm±10mm;
- J formos atspari persilenkimui styga („Kink-proof“ tipo arba lygiavertė);
- dilatatorius;
- 8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu, rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir trišakiu kraneliu su prailginimo linija;

- EKG kontrolės laidas;
  - $5 \pm 2$  ml švirkštas;
  - skalpelis;
  - slankiojantys tvirtinimo sparneliai;
  - spaustukai;
  - kateterio fiksatorius limpantis prie odos;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

*Orientacinis poreikis: 100 vnt.*

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

#### **NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 4.
2. Iš dalies tikslinti techninę specifikaciją pirkimo daliai Nr. 5.
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.