



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, el. p. rektoratas@lsmu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2025-09-02 Nr. VPT2-1428

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – *Perkančioji organizacija*) viešojo Pirkimo Komisija, vykdydama „Baltymų analizės reagentų rinkinių onkologijos tyrimams pirkimas“ pirkimą, atviro konkurso būdu (Pirkimo ID Nr. 4016872) (toliau – Pirkimas), (*apie pirkimą paskelbta 2025 m. rugpjūčio 08 d.*), informuoja, kad 2025 m. rugpjūčio 29 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis buvo gautas Tiekėjo pranešimas (ID Nr. 336627) dėl „Techninės specifikacijos patikslinimo“.

Komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo paklausimą, pateikia atsakymus:

1. **Tiekėjo klausimas:** „*Prašome patikslinti, ar perkamas objektas yra tik reagentų rinkiniai, ar taip pat reikalinga ir įranga (remiantis 8 techninės specifikacijos punktu)*“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Baltymų analizės reagentų rinkiniai bus naudojami vykdant projektines veiklas. Biožymenų tyrimas planuojamas atlikti partnerių institucijoje, kur yra techninėje specifikacijoje (8 punktas) nurodyta įranga. Atsižvelgiant į tai, pirkimo objektas yra tik reagentų rinkiniai, o įranga į šio pirkimo apimtį neįtraukiama.

2. **Tiekėjo klausimas:** „*Taip pat 7 techninės specifikacijos punkte yra nurodomi rinkinių fasuotės ir išėigos techniniai reikalavimai, prašome patikslinti, ar reikalavimas yra gauti reagentus išpilstytus į 96 šulinėlių plokštelę, ar tuščia plokštelė gali būti tiekiamą kartu su reagentais?*“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Pagal techninės specifikacijos 7 punktą, reagentų rinkiniai pateikiami tokiu formatu, kad užtikrintų efektyvų biožymenų tyrimą su techninėje specifikacijoje nurodyta įranga. Reagentų išpilstymas į 96 šulinėlių plokštelės nėra būtinas. Reagentų tiekimas kartu su tuščiomis 96 šulinėlių plokštelėmis galimas, jeigu siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje 1 – 9 punktuose nurodytus reikalavimus.

3. **Tiekėjo klausimas:** „*Remiantis rinkoje prieinamais tokio tipo reagentų rinkiniais, manome, jog šiame reikalavime yra klaida. Taip pat yra reikalaujama pateikti mikroskopsčių lustą skirtą aptikimo etapui, prašome patikslinti kokiam tiksliai instrumentui lustas turi tikt*“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Reikalavime klaidos nėra. Rinkoje egzistuoja reagentų rinkiniai įgalinantys baltymų biožymenų ištyrimą ne mažiau kaip 88 mėginiais, kai tyrimas yra atliekamas naudojant tikrojo laiko PCR įrangą su viduje integruotu skysčių įleidimo moduliu. Ši technologija užtikrina PGR plokštelės reakcijos mišinio perkėlimą ant mikroskopsčių lusto, taip užtikrinamas optimalius reakcijos mišinio paskirstymas, kuris

Dalia Petreikienė, tel. (+370) 37-21-71, el. p. dalia.petreikiene@lsmuni.lt

padidina gautų rezultatų tikslumą, jautrumą, mažina reikalingą pradinio mėginio kiekį bei užtikrina didesnę rezultatų raišką. Lustas turi tikt tikrojo laiko PGR (polimerazės grandininės reakcijos) aparatui, kuris viduje turi integruotą skysčių įleidimo modulį, skirtą automatiškai perkelti reakcijų mišinius iš plokštelių į lustus. Šis reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 8 punkte.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Dalia Petreikienė