

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PACIENTO PROCEDŪRINĖS KĖDĖS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-08-19 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *paciento procedūrinių kėdžių* pirkimo (Nr. 4164807).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinė kėdė ilgalaikėms procedūroms, kiekis 4 vnt.

6.	Kėdės sėdimoji dalis	1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 58-95 cm intervale; 2. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm; 3. Sėdynės pasvirimo kampas ne mažiau 8°.	kaip 59-95 cm
----	----------------------	---	---------------

2 pirkimo dalis. Paciento kėdė procedūrų atlikimui, kiekis 2 vnt.

9.	Porankiai	1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną ir nuleisti sulig sėdimu paviršiumi ; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti.	Reikia naikinti
----	-----------	---	-----------------

3 pirkimo dalis. Universali paciento procedūrų kėdė, kiekis 4 vnt.

6.	Kėdės sėdimoji dalis	1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 58-95 cm intervale; 2. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm; 3. Sėdynės pasvirimo kampas ne mažiau 8°.	kaip 59-95 cm
----	----------------------	---	---------------

4 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinės procedūrų kėdės, kiekis 2 vnt.

9.	Porankiai	1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną ir nuleisti sulig sėdimu paviršiumi ; 2. Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 3. Ergonomiškai išformuoti.	Reikia naikinti
----	-----------	---	-----------------

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, sprendžia patikslinti 1 ir 3 pirkimo dalių techninės specifikacijos 6.1 punkto ir 2 ir 4 pirkimo dalių techninės specifikacijos 9.1 punkto reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

1 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinė kėdė ilgalaikėms procedūroms, kiekis 4 vnt.

6.	Kėdės sėdimoji dalis	1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 59-95 cm intervale;
----	----------------------	---

2 pirkimo dalis. Paciento kėdė procedūrų atlikimui, kiekis 2 vnt.

9.	Porankiai	1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną;
----	-----------	--

3 pirkimo dalis. Universali paciento procedūrų kėdė, kiekis 4 vnt.

6.	Kėdės sėdimoji dalis	1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu (matuojant nuo grindų) ne siauresniame kaip 59-95 cm intervale;
----	----------------------	---

4 pirkimo dalis. Paciento multifunkcinės procedūrų kėdės, kiekis 2 vnt.

9.	Porankiai	1. Su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, pasukti į šoną;
----	-----------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.