

**RINKOS KONSULTACIJOS DĖL
FREZAVIMO STAKLIŲ SU CNC VALDYMU TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**

ATASKAITA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Frezavimo staklių su CNC valdymu įrangos techninių specifikacijų.
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-08-20. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-08-26 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.
4. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai. Užpildytą klausimyną pateikė du dalyviai.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo techninėmis sąlygomis pateiktą klausimyną.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
 - 6.1. dalyvių pastabos ir pasiūlymai perkelti į Lietuvos inžinerijos kolegijos parengtą klausimyną (2 dalis);
 - 6.2. išvados (3 dalis).

2. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ PASTABAS IR SIŪLYMUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio Nr. 1 nuomonė (tekstas neredaguotas)	Dalyvio Nr. 2 nuomonė (tekstas neredaguotas)	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Taip	Riboja konkurenciją. Pateikti reikalavimai būdingi vienam konkrečiam gamintojui. Prašome praplėsti reikalavimus iki mūsų siūlomų parametrų, pateiktų techninės specifikacijos dokumente. Tokiu būdu pirkimas bus konkurencingas ir jame galės sudalyvauti daugiau potencialių tiekėjų.	<p>Atsakymas į Dalyvio Nr. 2 klausimą: bus atsižvelgta.</p> <p><u>Atsakymo argumentai:</u></p> <p>Techninės specifikacijos pakoreguotos pagal tiekėjo Nr.2 pastabas, praplečiant reikalavimų ribas.</p>
2.	<p>Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus?</p> <p>Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	Taip	Taip.	Dalyviai pastabų nepateikė

3.	<p>Ar kartu su pasiūlymu galėsite pateikti prekės gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimą (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūlomos parametro reikšmės atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytas parametro reikšmes.</p> <p>Jei ne – prašome nurodyti dėl kurių konkrečiai parametrų atitikties (nurodant techninės specifikacijos punktą) negalėsite pateikti gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų ir prašome argumentuoti kodėl?</p>	Ne, X ir Z ašies eigos yra mažesnės nei reikalavimuose	Taip.	<p>Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 klausimą: <i>nebus atsižvelgta į pastabą.</i></p> <p><u>Atsakymo argumentai:</u></p> <p>Tiekėjas Nr. 1 pageidauja mažinti ašių eigas, tačiau šio parametro reikšmės mažinti negalime dėl numatytos 4 ašies panaudojimo, siekiant užtikrinti galimybę sumontavus pasukamą įrenginį turėti vietos/eigos šalia jo spaustuvui ir papildomiems darbams.</p> <p>Visiems deklaruojamiems parametrų pagrįsti yra prašoma pateikti gamintojo dokumentus (jei techninių specifikacijų specialiojoje dalyje nėra parašyta kitaip).</p>
4.	<p>Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus ir ar galėsite juos pateikti?</p> <p>Jeigu ne, nurodykite kurių dokumentų ir kodėl negalėsite pateikti kartu su prekėmis?</p>	Taip	Taip.	Dalyviai pastabų nepateikė
5.	<p>Ar prekių pristatymo terminas 4 (keturi) mėnesiai po sutarties pasirašymo yra pakankamas?</p> <p>Jei ne, prašome nurodyti savo siūlomą.</p>	Taip	Taip.	Dalyviai pastabų nepateikė

6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Taip	Taip, jeigu bus pakoreguoti techniniai reikalavimai.	Į dalyvio Nr.2 pastabą atsižvelgta.
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	Taip	-	Dalyviai pastabų nepateikė
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.		-	Dalyviai pastabų nepateikė

3. IŠVADOS

3.1. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

3.2. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo techninėmis specifikacijomis, reikalaujamais dokumentais, terminais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3. Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktus pasiūlymus dėl techninių specifikacijų atsižvelgė iš dalies.

3.4. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.