

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„CHIRURGINIAI SIUVIMO APARATAI IR PAPILDOMOS KASETĖS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-07-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių* pirkimo (Nr. 3731407).

**1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

1.1

Siūlė  $51 \pm 1$  mm ilgio.

Prašome pakeisti šį parametą iš  $51 \pm 1$  mm į  $48 \pm 3$  mm, nes prašomas pjūvio ilgio parametrai 40 mm.

Remiantis tyrimais ir visais siuvimo segtuvų ar kasečių gamintojais, skirtumas tarp pjūvio ir siūlės yra nuo 3 iki 5 mm. Toks siūlomas parametras yra neaiškus arba klaidingas.

1.3.3

Suformuojamos 3D formos kabutės.

Siekiant padidinti konkurenciją, siūlome šio parametro reikšmę papildyti:

Suformuojamos 3D arba B formos kabutės

**2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

Siūlome papildyti ir tiksliau apibrėžti papildomų reikalavimų punktą nr. 4:

Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Jei pateikiamas susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę, taip pat turi būti pateiktas ir ūkio subjektui išduotas gamintojo dokumentas, patvirtinantis atstovavimo teisę“.

Oficialus gamintojo atstovas užtikrina prekių atsekamumą visoje tiekimo grandinėje nuo gamintojo, valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, medicinos įstaigos bei galutinio vartotojo (paciento). Įgalinti atstovai, sužinoję, kad medicinos priemonės neatitinka Reglamente (ES) 2017/745 arba Reglamente (ES) 2017/746 nustatytų reikalavimų, privalo nedelsdami nutraukti jų pateikimą rinkai, atšaukti ir (arba) pašalinti jas iš rinkos, informuoti apie tai sveikatos apsaugos ministro įgaliotą instituciją, galimus šių medicinos priemonių naudotojus bei susijusius medicinos priemonių rinkos subjektus ir imtis kitų reikiamų veiksmų keliamam pavojui pašalinti.

Numatytas prekių pristatymo terminas yra per ilgas. Norint užtikrinti nenutrūkstamą operacinės darbą siūlome prekių pristatymų terminą sumažinti iki 7-14 dienų.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako, kad tiekėjo siūloma **1.1.1. punkto** korekcija ( $48 \pm 3$  mm) nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas siūlės ilgis  $51 \pm 1$  mm, pjūvio ilgis  $40 \pm 1$  mm nustatytas, atsižvelgiant į chirurginių procedūrų specifiką, klinikinę saugumą ir liginės chirurgų patirtį. Tokie parametrai užtikrina optimalų siūlės ir pjūvio santykį bei sumažina komplikacijų (ypač kraujavimo pjūvio galuose) riziką.

**1.3.3. punkto** siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas dėl 3D formos kabučių nustatytas atsižvelgiant į chirurginių procedūrų specifiką ir specialistų patirtį. 3D forma užtikrina pakankamą audinio suspaudimą, išlaiko

optimalią kraujotaką audiniuose, mažina nekrozės ir nesandarios jungties riziką bei sudaro sąlygas spartesniam gijimui.

Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlomu papildomu reikalavimo formulavimu. Dabartinis reikalavimas („Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis“) yra pakankamas, aiškus ir užtikrina, kad tiekėjas galėtų teisėtai tiekti gaminius bei suteikti visą reikiamą techninę pagalbą. Siūlomas pakeitimas perteklinis, apsunkintų konkurenciją, nepagrįstai ribotų tiekėjų ratą ir neatitiktų proporcingumo principo. Todėl techninės specifikacijos reikalavimas paliekamas nepakeistas.

Komisija sprendžia numatomą prekių pristatymo terminą keisti į 4 savaites.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Numatomą prekių pristatymo terminą keisti į 4 savaites.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.