

ATSAKYMAS Į GAUTĄ TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymą į 2025-09-02 Tiekėjo paklausimą dėl pirkimo „**Kriochirurginis aparatas**“ (pirkimo ID 4004264) dokumento tikslinimo.

CVP IS pranešimas (ID 339122)

„Laba diena,

Prašome patikslinti konkurso specifikacijos 1.10 punktą – ar teisingai suprantame, kad nurodyta galimybė prijungti zondus ir pasirinkti juos iš sąrašo?

Tuo tarpu komplektacijoje kartu su aparatu turi būti šie zondai, nurodyti punktuose:

3.1. Daugkartinis kriochirurginis zondas su neurostimuliacija – ilgis 120 mm \pm 1 mm, skersmuo 1,3 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm \pm 1 mm, galas aštrus – 2 vnt.; ilgis 150 mm \pm 1 mm, skersmuo 2 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10 mm \pm 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.

3.2. Ilgis 90 mm \pm 1 mm, skersmuo 0,8 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5 mm \pm 1 mm, galas adatos formos – 1 vnt.

3.3. Ilgis 150 mm \pm 1 mm, skersmuo 2 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 20 mm \pm 1 mm, galas aštrus, lenktas, paausiuotas – 1 vnt.

Ar teisingai supratome?

Lauksime atsakymo.“

ATSAKYMAS.

„Taip, Jūs teisingai supratote, kad 1.10 punkte yra nurodyta galimybė prijungti zondus ir **pasirinkti** juos iš sąrašo.

Tuo tarpu komplektacijoje kartu su aparatu **turi būti pateikti** 3 punkte išvardinti zondai:

3.1 Daugkartiniai kriochirurginiai zondai su neurostimuliacija:

- Ilgis 120 mm \pm 1 mm, skersmuo 1,3 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm \pm 1 mm, galas aštrus – 2 vnt.

- Ilgis 150 mm \pm 1 mm, skersmuo 2 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10 mm \pm 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.

3.2 Ilgis 90 mm \pm 1 mm, skersmuo 0,8 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5 mm \pm 1 mm, galas adatos formos – 1 vnt.

3.3 Ilgis 150 mm \pm 1 mm, skersmuo 2 mm \pm 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 20 mm \pm 1 mm, galas aštrus, lenktas, paausiuotas – 1 vnt.“