

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICININĖMS DUJOMS, AZOTUI IR ANGLIES DIOKSIDUI ĮSIGYTI.

1 pirkimo dalis. Medicininis deguonis – balionais:

1.	Grynumas pagal tūrį	Ne mažiau 99,5%
2.	Slėgis balione	Ne mažiau 200 bar
3.	Talpa	3,0 l ($\geq 0,6 \text{ m}^3$)
Orientacinis poreikis		7800 vnt.

2 pirkimo dalis. Medicininis azoto suboksidas (dujos inhaliacijai):

1.	Grynumas pagal tūrį	Ne mažiau 98%
2.	Slėgis balione	Ne mažiau 50 bar
3.	Talpa	40 l (30 kg \pm 1 kg)
4.	Baliono pajungimo sriegis	G3/8“ dešininis išorinis
Orientacinis poreikis		23 vnt.

3 pirkimo dalis. Skystas azotas (pildomas į diurus):

1.	Skystas azotas pildomas į diurus	Grynumas pagal tūrį: ne mažiau 99,9%
Orientacinis poreikis		1550 kg

4 pirkimo dalis. Skystas azotas (pildomas į slėgines talpyklas):

1.	Skystas azotas (pildomas į slėgines talpyklas)	Pildomos talpyklos tūris ~230 l
Orientacinis poreikis		48 220 kg

5 pirkimo dalis. Anglies dioksidas maistinis:

1.	Slėgis balione	Ne mažiau 50 bar
2.	Talpa	50 l (37 kg \pm 1 kg)
3.	Baliono pajungimo sriegis	W21,8x1/14 dešininis išorinis
Orientacinis poreikis		185 vnt.

6 pirkimo dalis. Anglies dioksidas maistinis:

1.	Slėgis balione	Ne mažiau 50 bar
2.	Talpa	13,4 l (10 kg \pm 0,5 kg)
3.	Baliono pajungimo sriegis	W21,8x1/14 dešininis išorinis
Orientacinis poreikis		24 vnt.

7 pirkimo dalis. Instrumentinis azotas - balionais:

Baliono tūris	≥ 50 litrų	
Užpildymo slėgis	≥ 200 bar	
Medžiagos kiekis	$\geq 10 \text{ m}^3$ (+/- 0,5m ³)	
Švarumo klasė	5.0 (99,999%)	
Baliono pajungimo sriegis	DIN 477 Nr. 10	
Priemaišos, ne daugiau kaip:		
Vanduo	≤ 3 ppm	
Deguonis	≤ 3 ppm	
Bendrai angliavandeniai	≤ 1 ppm	
Orientacinis poreikis (balionais)		70 vnt.

Pastabos:

1. 3 litrų talpos deguonies balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais deguonies reduktoriais su srauto reguliatoriais. Prie Kauno klinikų aparatų jungiami per greitąją SS standarto jungtį arba per žemo slėgio liniją naudojant baliono reduktoriuje esantį „eglutės“ tipo atvamzdį.
2. Prie anglies dioksido (maistinio) 50ltr. balionų pateikti tarpinės iš metalo (varinės, aliuminės arba joms lygiavertės).
3. Jei tiekėjas tiekia dujų balionus su kito standarto sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu.
4. Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.