

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„PRIEMONĖS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-08-30 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-08-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Priemonės intervencinei radiologijai**“ (Nr. 4228263) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjas pateikia siūlymus:*

**Nr. 15. Hibridinės pynės aspiracinis kateteris:**

*15 poz. Siūlome praplėsti kateterio darbinio ilgio ribas +/- 2cm taip sudarant didesnės konkurencijos galimybę.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo Nr. 15 *Kateterio darbinis ilgis pasirinktinai intervale nuo 105 cm iki 132 cm (imtina) ne mažiau keturių ilgių.*

Praplėtimas negalimas, nes tada bus kitokių charakteristikų kateteris, nebus suderinamumo su kitomis kartu naudojamomis priemonėmis.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr.15
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.