

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INTERLEUKINO 6 NUSTATYMOI KARTU ĮRANGOS
ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“
(Nr. 4124581)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-08-14 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių Interleukino 6 nustatymui kartu įrangos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 4124581).

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„3.2 punkto reikalavime (Suderinamumas su LIS) yra nurodyta: „2.Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaityti ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą.“

Prašome šį reikalavimą koreguoti į: „2.Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus (Pastaba. reikalavimas netaikomas, jeigu analizatorius neturi minėtojo funkcionalumo.), o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaityti ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, nurodytas techninių specifikacijų 3 punkto 2 papunkčio reikalavimas bus pakoreguotas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„3.3 punkto reikalavime (Suderinamumas su LIS) yra nurodyta: „ 3. Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS.“

Prašome šį reikalavimą koreguoti į: „3.Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio. Pastaba. reikalavimas netaikomas, jeigu analizatorius neturi minėtojo funkcionalumo. Atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu Sistema automatiškai turi nusiųsti į LIS.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, nurodytas techninių specifikacijų 3 punkto 3 papunkčio reikalavimas bus pakoreguotas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Prašytume patikslinti dokumento „1 Priedas. Techninės specifikacijos projektas“ esančią 1 priedo lentelę „REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS INTERLEUKINO 6 TYRIMŲ ANALIZATORIUI“ - koks bus taikomas kainos apskaičiavimo ir apmokėjimo būdas: vieno tyrimo kaina ar siūlomos pakuotės kaina? Prašytume Perkančiosios organizacijos palikti vieną iš būdų (vieno tyrimo kainą arba siūlomos pakuotės kainą) ir atitinkamai pašalinti arba 4 stulpelį, arba 7 stulpelį, priklausomai nuo apmokėjimo modelio.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad įvertinus tiekėjo pastabą/prašymą, komisija sutinka koreguoti 1 priedo lentelę - bus pašalintas 4 stulpelis „Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM“. Pateikti reikės siūlomų pakuočių kainas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Prašytume „1 Priedas. Techninės specifikacijos projektas“ lentelės „REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ INTERLEUKINO 6 TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ 6.1. reikalavimą keisti į: "Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas turi suteikti servisą iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMU ligoninę Kauno klinika turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir ne vėliau kaip per 24 val. pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte."

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, tačiau neapribojant galimybės ir kitiems tiekėjams dalyvauti pirkime, techninių specifikacijų 6.1 p. reikalavimas bus koreguojamas taip:

„Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas turi prisijungti nuotoliniu būdu (jeigu tokia galimybė yra) ir pašalinti sutrikimą. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu arba nesant tokios galimybės, į LSMU ligoninę Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.“

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninę specifikaciją, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją (pridedama).
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.