

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA HEMOSTATINIAMS KLIPAMS ĮSIGYTI

1. Hemostatiniai klipai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;
- kateterio ilgis 230 cm - 270 cm $\pm$ 1 cm;
- tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;
- kojelių lenkimo kampas nuo 90° iki 135°;
- atsidarymas nuo 9 mm iki 20 mm $\pm$ 4 mm, ne mažiau 3 skirtingų dydžių (pasirenkama užsakymo metu);
- tiekiamas kartu su įvedimo kateteriu, paruoštas naudoti endoskopinėms procedūroms;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
