

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„HEMOSTATINIAI KLIPSAI“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-08-28 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-08-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „Hemostatiniai klipai“ (Nr. 4262640) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

1. Hemostatiniai klipai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;
- kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm;
- tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;
- paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm ± 0,5 mm; šito reikalavimo siūlėtume atsisakyti. Mūsų tiekiamų klipų kojelių ilgiai yra : 9,84; 10,67; 13,34 mm.
- kojelių lenkimo kampas 90° ar 135°; - mūsų tiekiami klipai yra tik 135 ° kampo
- atsidarymas 9 mm, 11 mm, 12 mm, 16 mm ± 1 mm; gali pasiūlyti 9, 12 ir 16 mm
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

- 1. „kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm; “ maloniai prašome pakeisti į „kateterio ilgis 195 cm – 230 cm ± 1 cm;
- 2. „paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm ± 0,5 mm;“ maloniai prašome išimti šį reikalavimą, kadangi ne visi gamintojai atskirai pažymi kojelių ilgį, kuomet šios priemonės pagrindinis orientyras yra atsidarymo plotis.
- 3. “kojelių lenkimo kampas 90° ir 135°“ maloniai prašome pakeisti į „kojelių lenkimo kampas 135°“
- 4. “atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm ± 1 mm;“ maloniai prašome pakeisti į „atsidarymas 9 mm, 11 mm, 16 mm, 20mm ± 1 mm;“

Maloniai prašome pridėti reikalavimą „tiekiamas kartu su įvedimo kateteriu, paruoštas naudoti endoskopinėms procedūroms, pakuojamas po 10 vnt.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1. **Hemostatiniai klipai**, sutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimą „paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm ± 0,5 mm“. Sutinka iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš “kojelių lenkimo kampas 90° ir 135°” į reikalavimą “kojelių lenkimo kampas nuo 90° iki 135°”. Sutinka iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš “atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm ± 1 mm” į reikalavimą “atsidarymas nuo 9 mm iki 20 mm ± 4 mm, ne mažiau 3 skirtingų dydžių (pasirenkama užsakymo metu)”. Sutinka pridėti techninės specifikacijos reikalavimą “tiekiamas kartu su įvedimo kateteriu, paruoštas naudoti endoskopinėms procedūroms”.

Nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „*kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm*“ į reikalavimą „*kateterio ilgis 195 cm – 230 cm ± 1 cm*“, kadangi ilgesni hemostatiniai klipai yra universalesni, tinkami naudoti tiek gastrokopijų, tiek kolonoskopijų metu.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

1. Hemostatiniai klipai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;
- kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm;
- tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;
- kojelių lenkimo kampas nuo 90° iki 135°;
- atsidarymas nuo 9 mm iki 20 mm ± 4 mm, ne mažiau 3 skirtingų dydžių (pasirenkama užsakymo metu);
- tiekiamas kartu su įvedimo kateteriu, paruoštas naudoti endoskopinėms procedūroms;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 1.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.