



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **medicininės įrangos pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4167547)** konkurso sąlygų aprašo 48 p., atsakome į gautą klausimą:

1. Klausimas:

Atsižvelgdami į vykdomą (VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras optinis koherentinis tomografas) viešąjį pirkimą, norėtume atkreipti dėmesį į kai kuriuos techninės specifikacijos punktus, kurie mūsų vertinimu riboja konkurencingumą. Siūlome atlikti šiuos pakeitimus:

4. OKT skenavimo greitis ≥ 75000 A skenų per sekundę

Keisti į:

4. OKT skenavimo greitis ≥ 70000 A skenų per sekundę

Dauguma šiuolaikinių diagnostikai tinkamų prietaisų veikia 50–70 tūkst. A-skenų/s greičiu, ir tai yra visiškai pakankama kokybiško tyrimo užtikrinimui.

8. A – skenavimo gylis ≥ 2.5 mm

Keisti į:

8. A – skenavimo gylis ≥ 2.1 mm

Tinklainės ir gyslainės diagnostikai įprastai pakanka ~2.0 mm gylio, todėl 2.1 mm atitinka praktinius poreikius

9. OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje ≥ 15 mm

Keisti į:

9. OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje ≥ 12 mm

12 mm plotis yra standartinis dydis, pilnai pakankamas ir pripažintas standartas.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija nurodo – skenavimo greitis lemia tyrimo kokybę, o mažesnis skenavimo plotis ir skenavimo gylis neleidžia apimti didesnio tiriamojo ploto ir gylio, kas gali trukdyti diagnozuoti tam tikras ligas. Yra siūloma koreguoti techninius parametrus į ženkliai prastesnius, kas lemtų ir ribotų pacientų ištyrimo galimybę. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į savo įstaigos poreikius ir įvertinusi geriausias įrangos savybes pagal rinkos konsultacijoje gautus techninių parametrų siūlymus, sudarė techninę specifikaciją, kurią atitinka ne vienas gamintojas esantis rinkoje. Techninės specifikacijos pakeitimai atliekami nebus.



Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Jūratė Beinorienė, tel. (0 46) 383259, el. p. j.beinoriene@jspc.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-10 Nr. (14.24E)-VP3-596
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-10 11:37:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-10 11:37:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-10 11:38:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-10 11:38:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys