

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4137239)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Centrinė perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Gydytojo otorinolaringologo darbo vietos įranga“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo klausimą.

Išnagrinėjus gautą klausimą teikiame atsakymą į jį (klausimo kalba netaisyta):

1. Klausimas.

1. Techninės specifikacijos reikalavime „3.2. Dalyje Lankstus endoskopas“ nurodyta:

- užlenkimo kampas ne mažiau: 135°;		
-------------------------------------	--	--

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose nurodytą techninės specifikacijos reikalavimą, kad „užlenkimo kampas ne mažiau: 135°“, prašome šį reikalavimą peržiūrėti ir patikslinti, numatant pagrįstą paklaidą. Rekomenduotume taikyti 5° paklaidos ribą, nes:

- neturi neigiamos įtakos prietaiso funkcionalumui ar paciento saugai;
- nesudaro praktinių kliūčių naudoti prietaisą pagal paskirtį ir neapriboja gydytojo galimybių atlikti procedūrą tiksliai ir kokybiškai.

Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas „ne mažiau kaip 135°“ be jokios tolerancijos nepagrįstai siaurina konkurenciją ir diskriminuoja gamintojus, kurių įranga atitinka ES reglamentavimą, turi CE ženklą ir atitinka taikomus medicinos prietaisų saugos, kokybės bei efektyvumo standartus. Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu proporcingumo principu, pirkimo sąlygų reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu ir proporcingi siekiamam tikslui. Dirbtinis užlenkimo kampo nustatymas „ne mažiau kaip 135°“ be tolerancijos mažina tiekėjų ratą, silpnina konkurenciją ir gali lemti aukštesnes kainas dėl mažesnio pasiūlymų skaičiaus.

Siūlomas pakeitimas (pagrindinis variantas):

„Lankstaus fibroskopo užlenkimo kampas – $135^{\circ} \pm 5^{\circ}$.“

Tokia formuluotė leistų priimti rinkoje prieinamus aukštos kokybės gaminius nekeičiant funkcinio tikslo ir neprarandant paciento saugos. Prašome patikslinti techninę specifikaciją pagal aukščiau pateiktą formuluotę ir taip užtikrinti pakankamą konkurencijos

lygį bei galimybę dalyvauti platesniam gamintojų ratui, siūlančiam aukštos kokybės, saugią ir efektyvią įrangą.

Atsakymas. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės „Prekės techniniai duomenys“ 3.2 punkte nustatytas „*Lankstus endoskopas*“ reikalaujamo parametro reikšmė „-užlenkimo kampas ne mažiau 135°“ keičiama nebus, pagal pavedimą Pirkimą iki Pirkimo sutarties pasirašymo atlikti suteikusių perkančiosios organizacijos įsivertintus poreikius.

2. Klausimas.

1. Techninės specifikacijos reikalavime „3.2. Dalyje Lankstus endoskopas“ nurodyta:

- užlenkimo kampas ne mažiau: 135°;		
-------------------------------------	--	--

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą „užlenkimo kampas ne mažiau kaip 135°“, prašome šį parametą peržiūrėti ir nustatyti pagrįstą toleranciją. Siūlome formuluotę:

„Lankstaus endoskopo užlenkimo kampas – $135^{\circ} \pm 5^{\circ}$.“

Kodėl reikalinga tolerancija./ Rinkos praktika ir gamintojų techniniai sprendimai. Dalis aukščiausios kokybės, CE ženklinimą turinčių endoskopų turi 130° užlenkimo kampą (aukštyn/žemyn), kas yra plačiai paplitęs rinkos standartas ir neturi neigiamos įtakos funkcionalumui ar paciento saugai:

PREKĖ1: maksimalus užlenkimas aukštyn 130° ir žemyn 130°;

PREKĖ2: anguliacija 130°/130°;

PREKĖ3: „angle of movement 130°“.

Rinkoje kiti diagnostiniai nasofaringoskopai taip pat deklaruoja 130° (pvz., Entemed). Proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose. VPĮ 17 str. įpareigoja perkančiąją organizaciją laikytis proporcingumo, nediskriminavimo ir abipusio pripažinimo principų. Reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu ir neviršyti to, kas būtina tikslui pasiekti. Fiksuotas „ $\geq 135^{\circ}$ “ be tolerancijos nepagrįstai siaurina konkurenciją, riboja tarptautinių, pripažintų gamintojų dalyvavimą ir gali lemti mažesnį pasiūlymų skaičių bei aukštesnes kainas./ Medicinos prietaisų saugą ir našumą ES nustato Reglamentas (ES) 2017/745 (MDR). CE ženklinimas liudija atitiktį bendriesiems saugos ir veikimo reikalavimams. Skirtinga anguliacija (pvz., 130° ar 140°) savaime nereiškia skirtingo saugos lygio, todėl perteklinis minimalios reikšmės kėlimas be medicininio pagrindimo nėra būtinas

Elektroninio dokumento nuorašas
reglamentavimo požiūriu. Be tolerancijos ($\geq 135^\circ$) būtų eliminuoti bent PREKĖ1 ir PREKĖ2, taip pat PREKĖ3 – tai aukštos kokybės, plačiai naudojami įrenginiai su CE, atitinkantys klinikinius poreikius./ Leidžiant $\pm 5^\circ$ toleranciją, pirkimo tikslas (kokybiškas ir saugus endoskopinis ištyrimas) nepasikeičia, o konkurencija išauga – dalyvauti galėtų platesnis pripažintų gamintojų ratas.

Siūloma formuluotė: „Lankstaus endoskopo užlenkimo kampas – $135^\circ \pm 5^\circ$.“

Abi formuluotės išlaiko klinikinį funkcionalumą ir paciento saugą, kartu įgyvendina VPĮ proporcingumo ir nediskriminavimo principus.

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-10 Nr. VPP-156
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-09-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
