



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

Viešoji įstaiga, Naujoji g. 48, 62381 Alytus, tel. (8~315) 39740, faks. (8~315) 39902, el. p. alytus@apoliklinika.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272218

Suinteresuotiems dalyviams
CVP IS priemonėmis

2025-09-11 Nr. VP-2025/151

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

VšĮ Alytaus poliklinika 2025-09-11 CVP IS priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio paklausimą dėl 3 pirkimo objekto dalies.

Klausimas: Norėčiau pasitikslinti dėl 3 pirkimo dalies: Vienkartiniai mėgintuvėliai (centrifuginiai, aukštis ne didesnis kaip 100 mm). Ar mėgintuvėliai gali būti siūlomi su kamšteliu ar be jo? Ar yra numatyta tiksli mėgintuvėlių talpa, kurią reikėtų pateikti?

Atsakymas: Informuojame, kad:

- Siūlomi mėgintuvėliai **turi būti be kamštelių;**
- Mėgintuvėlių **talpa turi būti 10 ml;**
- Techninėje specifikacijoje nurodytas **maksimalus aukštis (ne didesnis kaip 100 mm)** yra privalomas reikalavimas, kadangi **aukštesni mėgintuvėliai netinka naudojamiems analizatoriams.**

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Struckienė