

TERMOPRESO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

1. Pirkimo objektas – Termopresas (1 komplektas) (toliau – Prietaisas). Prietaisas skirtas įvairių medžiagų formavimui termopresavimo būdu.
2. Tiekėjo pristatomas Prietaisas turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Prietaisas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (*Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai*).
3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: Prietaiso pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.
4. Prietaiso pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.
5. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip **per 4 mėnesius** nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Kartu su pristatytu Prietaisu turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).
7. Prietaisui (įskaitant jos sudėtinės/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, kuri pradeda skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atvesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtinai reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepalikant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis „+/-, ar pan.)</i>)
1	Termopresas	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):
2	Maksimali presavimo jėga ne mažiau kaip 40 tonų	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmę]*.
3	Naudojamas darbinis plotas ne mažiau kaip 500 x 500 mm	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmę]*.
4	Kaitinimo plokštės matmenys ne mažiau kaip 420x420 mm	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmę]*.
5	Maksimalus atstumas tarp plokščių ne mažiau kaip 1000 mm	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmę]*.

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepalikant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ „+/-“, ar pan.)</i>)
6	Stūmoklio eiga ne mažiau 1000 mm	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
7	Darbinis greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 – 12 mm/s	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
8	Didžiausias suspaudimo greitis ne mažiau kaip 12 mm/s	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
9	Didžiausias grįžimo greitis ne mažiau kaip 25 mm/s	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
10	Maksimali kaitinimo temperatūra ne mažiau kaip 300 °C	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
11	Valdymo sistema skaitmeninis ekranas	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
12	Automatikos funkcijos: stūmoklio eiga ir plokštės eiga matuojama linijiniais jutikliais	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
13	Kaitinimo plokštės paraleliškumas neviršija 0.09 mm / 1000 mm	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.
18	Temperatūros kontrolė: Hidraulinė sistema apsaugota nuo perkaitimo	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tiksliai siūlomo prietaiso reikšmes]*.

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.