



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124244035, PVM kodas LT 242440314, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius,
tel. (+370 5) 234 4518, www.antakpol.lt, el. p. info@antakpol.lt

Pirkimo Nr. 2648722 tiekėjams

2025-09-11 Nr. 1-1.21-89

**DĖL NUOTOLINIO PACIENTŲ SVEIKATOS STEBĖJIMO SISTEMOS SU
PERSONALIZUOTA PROGRAMĖLE (LICENCIJOS) SU PROGRAMAVIMO/DIEGIMO
IR PRIEŽIŪROS (PALAIKYMO) PASLAUGOMIS TARPTAUTINIO ATVIRO PIRKIMO
NR. 2648722 ATSAKymo Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ**

1. Klausimas:

ar galite pateikti platesnius komentarus, atsakant ir papildant techninės specifikacijos informaciją:

1.Sistemos naudotojų ir įstaigos apimtis
Ar galite detalizuoti šiuos duomenis:
- Kiek skyrių (pvz., onkologija, kardiologija ir kt.) ir specializacijų bus įtraukti ir naudosis šia sistema?

Atsakymas.

Šeimos gydytojai

Slaugytojai

Atvejo vadybininkai

Gyvensenos medicinos specialistai

Gydytojai kardiologai

Gydytojai

pulmonologai

- Kokių grupių medicinos specialistai (gydytojai, slaugytojai, administracinis personalas) planuojama naudoti šią sistemą?

Atsakymas.

Šeimos gydytojai

Slaugytojai

Atvejo vadybininkai

Gyvensenos medicinos specialistai

Gydytojai kardiologai

Gydytojai pulmonologai

Projekto administratoriai

2. Klausimas:

Funkciniai

reikalavimai:

Ar yra kokių nors specifinių klinikinių darbo srautų ar modulių, kuriuos turės palaikyti sistema (pvz., e-receptai, siuntimai, lėtinių ligų valdymo protokolai)?

Atsakymas.

Perkama sistema skirta pacientų būklės stebėsenai, tam tikrų būklės rodiklių, gaunamų iš paciento naudojamų įrenginių, fiksavimui, kurių pagrindu gydytojas sudaro ir / ar koreguoja paciento gyvensenos / gydymo planą.

3. Klausimas:

Techniniai ir integracijos reikalavimai:
Ar galite pateikti išsamią informaciją šiais klausimais:
- Kiek ir kokių įrenginių tikimasi integruoti iš naudojamos/turimos ligoninės medicinos įrangos? (pvz., širdies monitoriai, kraujospūdžio matuokliai ir kt.)
- Ar yra (bus pateikta) dokumentacija, kaip gauti informaciją iš aukščiau nurodytų įrenginių?
- Kurie nešiojami personaliniai įrenginiai turėtų būti palaikomi (pvz., Apple/Google laikrodžiai, Garmin ir kt.)?

Atsakymas:

1. Pažymime, kad prijungiami įrenginiai bus perkami atskiru pirkimu. Jų techninės specifikacijos projektai bus suderinti su šio pirkimo laimėtoju dėl techninio suderinamumo. Teikiame galimus pavyzdžius:

- 1.1. 50 vnt. CardioWatch Wearable multiparameter monitor (apyrankės) arba lygiavertis;
- 1.2. 300 vnt. Medisana kraujo spaudimo matuoklis arba lygiavertis;
- 1.3. 250 vnt. Fitbit arba lygiavertė išmanioji fizinio pajėgumo apyrankė.

4. Klausimas:

Duomenų perdavimo modulio funkcionalumai:

1. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš Medicininio prietaiso: Išmaniosios apyrankės, turinčios MD CE ženklinimą, matuojančio širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SP02, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. Būtina
2. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš Medicininio prietaiso: Kraujospūdžio matuoklio. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. Būtina
3. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš Ne medicininio prietaiso: Išmaniosios apyrankės, matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. Siekiant sprendimo tvarumo, pasikeitus iOS ar Android platformos versijoms, turi būti užtikrinta prieiga per programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API), kad nenutrūktų duomenų perdavimas. Būtina

Tačiau nėra pateikta įrenginių modeliai ir techniniai aprašymai ar reikalavimas įrenginių pirkimui, kurie įgyvendintų nurodytas funkcijas, ir jų kiekiai. Ar galėtumėte pateikti įrenginių modelius ir techninius aprašymus arba reikalavimą tokių įrenginių pirkimui nurodant jų kiekius?

Atsakymas. Žr. atsakymą aukščiau.

Direktorė



Audronė Juodaitė Račkauskienė