

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-09-03 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-08-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 4263434) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

Nr. 1. stentas kateteris (abu galai atviri konusiniai – siaurėjantys, lenkti):

ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas **mėnesiais**; - didžioji dalis gamintojų galiojimo laiką nurodo metais. Prašome palikti reikalavimą galiojimo laiką nurodyti ant pakuotės, be išskyrimo „mėnesiais“, suteikiant galimybę daugiau tiekėjų dalyvauti konkurse.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1. **Stentai ureteriniai 6CH 26 cm (atviru galu)**, tikslina techninės specifikacijos reikalavimą iš „*ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais*“ į reikalavimą „*ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas ir pagaminimo data*“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

1. Stentai ureteriniai 6CH 26 cm (atviru galu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- poliuretaniai ar lygiavertės medžiagos;
- stentas kateteris (abu galai atviri konusiniai - siaurėjantys);
- nustūmėjas vidinis (spalvotas);
- styga vedlys ne trumpesnis nei 125 cm su lanksčia šerdimi;
- spaustukas;
- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas ir pagaminimo data;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Poz. Nr.	Diametras	Ilgis (cm)	Orientacinis poreikis (vnt.)
1.	6 CH	26 ± 1	200

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 1.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.