

**IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(pirkimo numeris 4397330)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo daliai Nr. 2.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo daliai Nr. 2.

2025-09-11 gautas Tiekėjo paklausimas dėl 2025-09-08 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Medicinos pagalbos priemonės“ (pirkimo Nr. 4397330) pirkimo dalies Nr. 2. „Audinių saugojimo terpė“ (toliau – pirkimo dalis Nr. 2) techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime prašo <...> *Prašome patikslinti techninę specifikaciją 2 pirkimo dalyje „Audinių saugojimo terpė“ panaikinant reikalavimą „Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.“, kadangi pagal naujus IVDR reikalavimus, techninę specifikaciją atitinkanti terpė tapo naudojama tik **Research use only** (t.y. tik moksliniams tyrimams) ir CE sertifikatas nesuteikiamas<..>*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą nesutinka naikinti reikalavimo „Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių“, kadangi šiai priemonei CE ženklinimas yra reikalingas.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.