

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„LABORATORINIAI REAGENTAI“
(PIRKIMO NR. 4374666)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-09-04 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **laboratorinių reagentų** pirkimo (Nr. **4374666**).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Kadangi daugelis reagentų nukleorūgščių gryninimui gamintojų siūlo nukleorūgščių gryninimą pagrįstą magnetinių dalelių principu, manome, kad būtų teisinga leisti siūlyti lygiavertį metodą, įvardinant „Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana arba magnetines daleles“.

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Institucijoje vykdomas tarptautinis mokslinis tyrimas kartu su užsienio partneriais. Tyrimo protokolai yra suderinti tarptautiniu mastu, todėl siekiant užtikrinti rezultatų suderinamumą, atkuriamumą bei galimybę atlikti visuminę duomenų analizę, privaloma laikytis nustatytų metodinių reikalavimų.

Pagal patvirtintą tyrimo metodiką numatyta naudoti reagentų rinkinius nukleorūgščių gryninimui, kuriuose taikomos kolonėlės su silicio membrana. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad skirtingi nukleorūgščių gryninimo metodai gali turėti įtaką rezultatų atkuriamumui (Nikitina, Darja et al. Cell-Free Microbial DNA Analysis: Effects of Blood Plasma and Serum Quantity, Biobanking Protocols, and Isolation Kits. Biopreservation and Biobanking, 22(4), 2024, p. 363–372. doi:10.1089/bio.2023.0048).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Nėra aprašyta naudojamos sistemos (analizatoriaus) techniniai parametrai. Jei suteikiama galimybė teikti lygiavertį pasiūlymą, reikalinga įtraukti minimalius sistemos techninius parametrus.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad analizatoriaus parametrai neįtraukti į techninę specifikaciją, kadangi pirkimo objektas yra reagentai, skirti moksliniams tyrimams. Reagentų rinkiniai gali būti universalūs ir suderinami su įvairių gamintojų įranga. Pažymime, kad siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.