

**Blauzdikaulio distalinės dalies koreguojančiosios osteotomijos implantų komplektų
techninė specifikacija**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 1 kompl.)	1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Proksimalinėje dalyje turi turėti 2 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija; 4. Distalinėje dalyje turi būti 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais sraigtais; 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20° diapazone); 6. Plokštelės ilgis 66 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais sraigtais; 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens neužrakinamu sraigtu; 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt.	
2.	Blauzdikaulio distalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 1 kompl.)	1. Anatomiškai adaptuota; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Su specialiu išlenkimu distalinėje dalyje, lankstoma; 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turi turėti po 4 „kombi“ tipo kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai); 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20° diapazone); 6. Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės turi būti įstrižoje plokštumoje likusiųjų atžvilgiu; 7. Plokštelės ilgis 77 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 8. Fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (turi būti galimybė pasirinkti). 9. Komplektacija:	

		9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigčiai – 8 vnt.	
3.	Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 2 kompl.)	1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Proksimalinėje dalyje turi turėti 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija; 4. Distalinėje dalyje turi būti 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais sraigtais; 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20° diapazone); 6. Plokštelės ilgis 74 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais sraigtais; 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens neužrakinamu sraigtu; 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigčiai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt.	
4.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>).	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Visi implantai (plokštelės ir sraigčiai) turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.