

Tiekėjams

DĖL ANGLIES DIOKSIDO DUJŲ IR BALIONŲ, ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Vadovaujantis anglies dioksido dujų ir balionų, įrangos nuomos mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu, pirkimo sąlygų 10.4 papunkčiu, paskelbto 2025-09-15 viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 4499220, perkančioji organizacija atsako į tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus.

1 klausimas. Pirkime dviprasmiškai apibūdinamas Jūsų perkamos anglies dioksido dujos:

1.1. Techninėje specifikacijoje specialiųjų reikalavimų dalyje rašote, kad dujos skirtos medicinos tikslams.

1.2. Techninėje specifikacijoje prekės, paslaugos, darbų pavadinimas dalyje rašote, kad perkamas Anglies dioksidas-Biogon C, 50Ltr balione. Biogon C yra patentuotas konkretaus vieno Lietuvos gamintojo ir tiekėjo UAB Lide Gas maistinio anglies dioksido pavadinimas.

Prašome patikslinti ar perkamos anglies dioksido dujos turi būti medicinės (vaistinis preparatas su vaistinio preparato registraciniu numeriu) ar maistinės.

Eil. Nr.	Prekės, paslaugos, darbų pavadinimas	III. Specialieji reikalavimai
1.	<i>Anglies dioksidas -Biogon C, 50 Ltr balione</i>	<p>1. Skirtas medicinos tikslams, darbu su prietaisais;</p> <p>2. Anglies dioksido dujų kokybė turi atitikti šiuos reikalavimus:</p> <p>2.1. CO₂ ne mažiau 99,9 %;</p> <p>2.2. Deguonis (O) ≤ 30 ppm, Vanduo (H₂O) ≤ 50 ppm, bekvapios;</p> <p>3. Baliono tūris 50 l;</p> <p>4. Anglies dioksido masė balione 37 kg (±1 kg);</p> <p>5. Baliono ventilis - kūginė dalis DIN 6, matmenys W28.8X1/14, baliono prijungimo ant vamzdžio matmenys W21.8X1/14, sriegis dešinysis išorinis su pakeliamuoju vamzdeliu;</p>

Jei Jūsų įstaiga perka maistinio anglies dioksido dujas, tai pirkime neturėtų likti vieno konkretaus tiekėjo (UAB Linde Gas Lt) unikalaus prekės pavadinimo Biogon C, nes taip proteguojate vieną šių dujų tiekėją ir dirbtinai mažinate galimą konkurenciją. Be Linde Gas Lietuvoje maistinio anglies dioksido dujas parduoda ir Messer, ir Gaschema, bei kitos įstaigos su savo unikaliais maistinio anglies dioksido

pavadinimais. Pirkimo dokumentacijoje turėtumėte rašyti Maistinis anglies dioksidas E290- tai bendrinis pavadinimas, kuris tiktų visiems rinkos tiekėjams.

Jei Jūsų įstaiga perka medicininį anglies dioksidą, Biogon C pavadinimas apskritai yra klaidingas, nes šiuo pavadinimu Linde Gas yra registravusi ne medicininį, o maistinių dujų produktą. **(kalba netaisyta)**

Atsakymas į 1 klausimą. Perkančioji organizacija patikslina, kad bus perkamos maistinės anglies dioksido dujos, kurios bus skirtos medicininėms tikslams, darbui su prietaisais. Pridedame patikslintus pirkimo dokumentus.

2 klausimas. Techninėje specifikacijoje 6 dalyje nurodote, kad:< 6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio balionuose kontrolę ir, esant poreikiui juos papildyti dujomis.>. Prašome patikslinti kaip norėtumėte, kad tiekėjas vykdytų dujų kontrolę pas klientą? Turėtų būti sumontuota automatinė dujų panelė, kuri signalizuotų automatiškai dujų tiekėjui apie pasibaigiantį dujų likutį balionuose? Ar tiekėjas turėtų palaikyti greitą komunikaciją su klientu, apklausiant telefonu/raštu laikas nuo laiko, koks esamas likutis ir kada pristatyti kitą dujų partiją į Jūsų įstaigą? **(kalba netaisyta)**

Atsakymas į 2 klausimą. Taip, turėtų būti sumontuota automatinė dujų panelė, kuri signalizuotų automatiškai dujų tiekėjui apie pasibaigiantį dujų likutį balionuose. Taip pat patiksliname techninės specifikacijos 7 punktą: Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal aktyvaus dujų pristatymo organizavimo paslaugos sistemą, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą.

Techninės specifikacijos 6 punkte taip pat nurodyta: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio balionuose kontrolę ir, esant poreikiui juos papildyti dujomis.

3 klausimas. Techninėje specifikacijoje 7 dalyje nurodote, kad <Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal aktyvaus dujų pristatymo organizavimo paslaugą SECCURA® sistemą>. Kaip ir maistinio anglies dioksido Biogon C atveju, savo pirkime nurodote konkretaus vieno Lietuvos tiekėjo Linde Gas naudojamą produktą, telemetrijos įrangą SECCURA. Pirkimo dokumentacija surašyta išimtinai laikantis vieno tiekėjo siūlomos produkcijos/paslaugų, ribojant konkurenciją, užkertant kelią kitų tiekėjų siūlomai analogiškai produkcijai, tik su kitais pavadinimais.

Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymų numatyta tvarka, prašome dirbtinai neriboti sveikos konkurencijos ir pirkimų sąlygose numatyti bendrinius reikalavimus, tačiau ne specifinius vieno tiekėjo siūlomus produktus ar tik jų naudojamą įrangą. **(kalba netaisyta)**

Atsakymas į 3 klausimą. Perkančioji organizacija patikslina techninės specifikacijos 7 punktą: Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal aktyvaus dujų pristatymo organizavimo paslaugos sistemą, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą.

4 klausimas. Koks preliminarus metinis anglies dioksido dujų kiekis planuojamas nupirkti per 36 mėn., t. y. 3 metus, kaip dažnai dujos planuojamos keisti? Siekiant parengti patį geriausią pasiūlymą būtina informacija tiekėjams kiek dažnai reiks važiuoti pas klientą nurodytu adresu. Koks bent preliminarus planuojamas įsigyti dujų kiekis balionais per metus. Kiek balionų nuomoje žadama laikyti. Po kiek balionų preliminariai keičiate? Kelintame aukšte ar kokioje vietoje yra laikomi balionai- ši informacija būtina tiekėjams siekiant teisingai įsivertinti pristatymo kainą su balionų pajungimu. **(kalba netaisyta)**

Atsakymas į 4 klausimą. Perkančioji organizacija negali pateikti tikslaus reikalingo anglies dioksido kiekio ar balionų skaičiaus per 12 ar 36 mėnesius, kadangi šie poreikiai priklauso nuo realaus dujų suvartojimo, kuris gali kisti priklausomai nuo veiklos apimtys ir kitų faktorių. Taip pat pažymime, kad ši įranga yra perkama pirmą kartą, todėl neturime ankstesnių duomenų, kurie leistų tiksliau prognozuoti būsimas apimtis.

Planuojama vieta, kur bus statoma nuomojama įranga su balionais:



5 klausimas. Pasiūlymo formoje 1.3 dalyje nurodyta tik sifoninio 50l baliono (iš 1.2 dalies) nuoma, tačiau nėra numatyta paprasto anglies dioksido baliono nuomos 50l (iš 1.1 dalies). Prašome įtraukti tiek paprasto tiek sifoninio baliono nuomos eilutę. **(kalba netaisyta)**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 36 mėn.	PVM tarifas % (pildo tiekėjas)	Vieneto įkainis Eur be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra planuojama kaina	
						be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Anglies dioksidas - Biogon C, 50 l, balione:						
1.1.	Anglies dioksidas (CO ₂) balione 50 l	vnt.	1			0,00	0,00
1.2.	Anglies dioksidas (CO ₂) sifoniniame balione 50 l	vnt.	1			0,00	0,00
1.3.	Sifoninio baliono nuoma	para	1			0,00	0,00
1.4.	Baliono pristatymas	kart.	1			0,00	0,00
1.5.	Nuomojama įranga (dujų reguliavimo ir saugojimo įranga)	mėn.	1			0,00	0,00
Iš viso:						0,00	0,00

Atsakymas į 5 klausimą.

Perkančioji organizacija patikslina, kad pasiūlymo formos 1.5 punkte dujų reguliavimo ir saugojimo įrangos įkainis be PVM turi būti nurodomas kartu su anglies dioksido dujų 50 l balionu.

1.5.	Nuomojama įranga (dujų reguliavimo ir saugojimo įranga bei balionas 50 l)	mėn.	1			0,00	0,00
------	---	------	---	--	--	------	------

Taip pat perkančioji organizacija patikslina techninės specifikacijos 2 punktą: Sifoninio baliono pristatymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, o kitų prekių – Sodų g. 39, Druskininkai.

6 klausimas. Pasiūlymo formoje 1.5 dalyje nurodyta kad tiekėjas turi pasiūlyti nuomojamą įrangą (dujų reguliavimo ir saugojimo įrangą). Ką konkrečiai tiekėjas turi pasiūlyti Jūsų įstaigai? Kas turima mintyje saugojimo įranga? Norite sumontuoti balionų saugojimo spintą?

Prašome detaliau aprašyti kas turėtų būti sumontuota Jūsų įstaigoje ir išduota į nuomą (nurodykite kokio tipo reguliatorius, ar dujų panelė, kokia saugojimo įranga numatyta). Taip pat prašome nurodyti kokio pralaidumo redukavimo sistema turėtų būti? (**kalba netaisyta**)

Atsakymas į 6 klausimą.

Tiekėjas turi pasiūlyti nuomojamą įrangą (dujų reguliavimo ir saugojimo įranga), kuri užtikrintų nenutrūkstamą dujų tiekimą ir, esant poreikiui papildyti nuomojamus balionus dujomis.

Slėgis redukavimo įrenginiais turi būti palaikomas automatiškai ir turi būti galimybė suderinti redukavimo įrenginius su Perkančiosios organizacijos turima įranga, kuri skirta fizioterapijos procedūroms atlikti.

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas pridedame patikslintus pirkimo dokumentus (aktuali redakcija 2025-09-17).