

**RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS ATASKAITA
DĖL VŠĮ RASEINIŲ LIGONINĖS PLANUOJAMO PIRKIMO**

Medicininė įranga (Lovos ir vežimėliai)

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Tiekėjų pateiktos pastabos	Atsakymas
1	I tiekėjas: 1 pirkimo dalis: Multifunkcinis anestezijos vežimėlis Stalčiai: 5vnt. stalčiai su švelniai užsidarančiais teleskopiniais bėgeliais, pilnai ištraukiami ≥ 1 vnt. stalčius, kurio išorinis aukštis $100\text{mm} \pm 10$ ≥ 1 vnt. stalčius, kurio išorinis aukštis $100\text{mm} \pm 10 \text{ mm}$ ≥ 2 vnt. stalčiai, kurių išorinis aukštis $150 \text{ mm} \pm 10$ ≥ 2 vnt. stalčiai, kurių išorinis aukštis $200 \text{ mm} \pm 10$	Prašome koreguoti į <i>5vnt. stalčiai su švelniai užsidarančiais teleskopiniais bėgeliais, pilnai ištraukiami .</i> <i>S dydis – 2 vnt</i> <i>M dydis – 2 vnt.</i> <i>L dydis- 1 vnt</i> <i>Penki stalčiai turi būti per viso vežimėlio aukštį, todėl nebūtina nurodyti jų aukščių.</i>	Ši punktą koreguojame taip 1 stalčius, kurio išorinis aukštis $100\text{mm} \pm 10\text{mm}$; 2 stalčiai, kurių išorinis aukštis $150 \text{ mm} \pm 10\text{mm}$; 2 stalčiai, kurių išorinis aukštis $200 \text{ mm} \pm 10\text{mm}$;

2.	II tiekėjas 2 pirkimo dalis. Funkcinė slaugos lova 4 dalių Reikalavimas Nr.1.10 Lovagaliai: 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; Reikalavimas Nr. 1.13 Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas Ne didesni kaip 210 x 100 cm	1.Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2.Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 1.Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, medžio drožlių plokštės ir/arba medienos ir/arba metalo užapvalintais kampais (dėl saugumo); Pastaba: 1.9 punkte reikalaujama, kad ranktūriai būtų per visą lovos ilgį, tokiu, atveju lovagaliai negali būti nuimamai, nes konstrukciškai juos nuėmus, ranktūriai nebegalėtų būti naudojami ir turėtų irgi būti nuimti. 1.13. Ne didesni kaip 210 x 100 cm. Ne didesni kaip 212 x 105 cm.	Ši punktą koreguojame taip Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, medžio drožlių plokštės ir/arba medienos ir/arba metalo užapvalintais kampais (dėl saugumo); Ši Šio parametro nekeisime nes lovos kurios yra perkamos bus naudojamos slaugos skyriuje. Durų plotis – mūsų patalpose yra 100 cm, todėl lovos, kurių plotis didesnis nei 100 cm, fiziškai negalėtų būti įneštos į patalpas. Lovos ilgį taip pat jo nekeisime, nes kelios lovos yra statomos vienoje palatoje, o pačių patalpų matmenys skirtingi, todėl didesnės lovos apribotą galimybę optimaliai išdėstyti lovas ir trukdytų personalo darbui bei pacientų judėjimui.
----	--	--	---

	3 pirkimo dalis. Funkcinė lova 4 dalių Reikalavimas Nr. 1.13 Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas Ne didesni kaip 220 x 98 cm	1.13. Ne didesni kaip 210 x 98 cm. Ne didesni kaip 212 x 105 cm.	Ši punktą koreguojame taip Ne didesni kaip 220 x 100 cm Lovos plotis koreguojamas iki 100 cm nes durų plotis – mūsų patalpose yra 100 cm, todėl lovos, kurių plotis didesnis nei 100 cm, fiziškai negalėtų būti įneštos į patalpas.
3	4 pirkimo dalis. Spintelės prie lovų Reikalavimas Nr. 5 Reguliavimas Staliuko aukštis reguliuojamas nuo 72 iki 101 cm	Reguliavimas Staliuko aukštis reguliuojamas nuo 72 iki 101 cm Staliuko aukštis reguliuojamas ne blogiau kaip nuo 72 iki 99 cm	Atsakymas Ši punktą koreguojame taip Staliuko aukštis reguliuojamas ne blogiau kaip nuo 72 iki 99 cm
4	6 pirkimo dalis. Nerūdijančio plieno vežimėlis skirtas padėti medicininiams instrumentams Reikalavimas Nr. 3 Plotis 80 cm ±5 ; Gylis 63 cm ±5; Aukštis 95 cm ±5;	Plotis 80 cm ±5 ; Gylis 63 cm ±5; Aukštis 95 cm ±5; Plotis 80 cm ±5 ; Gylis 63 cm ±5; Aukštis 105 cm ±5	Ši punktą koreguojame taip Plotis 80 cm ±5 ; Gylis 63 cm ±5; Aukštis 105 cm ±5

Išvados: Rinkos konsultacijoje sudalyvavo du tiekėjai. Pateikė pastabų paskelbtai techninei specifikacijai.
 Atsakymai į pastabas yra pateikti lentelėje.