



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. Tiekėjams

2025-09-18 Nr. VPT-(1.71E)- 2785

**DĖL PRETENZIJOS**

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis, 2025-09-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (pirkimo numeris **4451127**) komisija išnagrinėjo 2025-09-15 tiekėjo pateiktą pretenziją, dėl techninės specifikacijos reikalavimų.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas, 2 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

I. Brazienė, tel. (0 37) 78 7219, el. paštas [ingrida.braziene@kaunoklinikos.lt](mailto:ingrida.braziene@kaunoklinikos.lt)



**KAUNO  
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (0 37) 32 6768, (0 37) 70 3370  
el. p. [rastine@kaunoklinikos.lt](mailto:rastine@kaunoklinikos.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)  
**„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“**  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
(PIRKIMO NR. 4451127)

**DARBOTVARKĖ:** Dėl tiekėjo 2025-09-15 pateiktos pretenzijos.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo 2025-09-15 pateikta pretenzija.

UAB „.....“ (toliau – Tiekėjas) 2025-09-15 pateikė pretenziją dėl 2025-09-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (pirkimo numeris 4451127), dėl techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 4.

Tiekėjo pateikta pretenzija:

„<..> **Prašymas keisti techninės specifikacijos reikalavimus:**

**1. Reikalavimas „monopolinis stimuliacijos zondas turi būti tiesus“;**

Labai keista, kad reikalaujama pateikti būtent tik tiesų zondą. Skydliaukės patologiją operuojantys chirurgai geriau vertina lenktą zondą, kuris operuojančiam suteikia galimybę lengviau prieiti prie sunkiau pasiekiamų struktūrų.

Prašome sudaryti galimybę siūlyti ir lenktą zondą, nes tokio tipo zondus pasaulyje naudoja didesnę skydliaukės patologiją operuojančių chirurgų.

Prašome naikinti šį reikalavimą kaip pritaikytą tik vienam tiekėjui (tai yra Dr. Lange), nes tiesu zondas nesuteikia jokių privalumų, o atvirksčiai, riboja chirurgo galimybes.

**2. Reikalavimas „1 mm diametro“;**

Vieno ar mažesnio diametro zondai dažniau naudojami n.facialis neuromonitoringui. Operuojant skydliaukes patogesnis zondas yra didesnio skersmens, nes jis yra kietesnis, chirurgas turi galimybę ne tik monitoruoti, bet ir saugiai dalinti audinius. Tai ne tik sumažina nervo pažeidimo galimybę, bet ir sutrumpina operacijos laiką. Tokiu būdu prašome padidinti reikalaujamo zondo diametro ribas ir formuluoti reikalavimą „1-1,5 mm diametro“

**3. Reikalavimas „90 ± 0,01 mm ilgio su 2,5 ± 0,1 m ilgio laidu“;**

Šis reikalavimas yra nurašytas nuo Dr. Lange bukletu. Akivaizdu, kad trumpesnis laidas negu 2,5 gali būti nepatogus, tačiau ilgesnis, tarkime 3,5 metro laidas sumažina apribojimus ir suteikia patogumą operuojant iš abiejų paciento pusių. Todėl prašome šį reikalavimą fiormuluoti „90 ± 0,01 mm ilgio su 2,5 ± 0,1 m ilgio laidu“.

**4. Reikalavimas „visos vienkartinės priemonės turi būti suderinamos su Avalanche SI 2 neurostimulatoriumi, kurį įsigijo operacinė (tiekėjas įsipareigoja pateikti, gamintojo raštišką patvirtinimą)“;**

Prašome pašalinti iš pirkimo sąlygų reikalavimą "tiekėjas įsipareigoja pateikti, gamintojo raštišką patvirtinimą ". Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi pagrindinė nuostata – "visos vienkartinės priemonės turi būti suderinamos su Avalanche SI 2 neurostimulatoriumi, kurį įsigijo operacinė" – jau užtikrina tinkamą prekių suderinamumą.

Reikalavimas dėl gamintojo raštiško patvirtinimo yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją.

Prašome peržiūrėti techninius reikalavimus užtikrinant viešųjų pirkimo įstatymo nuostatas, reikalaujančias neriboti konkurencijos bei nediskriminuoti kitų tiekėjų. Tikimės, kad reikalavimai bus liberalesni, ne vien pritaikyti „Dr. Langer Medical GmbH“, bei suteiks galimybę siūlyti alternatyvias prekes, kurios net aukštesnės kokybės negu aprašytos techninėje specifikacijoje. <..>

Atsižvelgdama į Tiekėjo pateiktą pretenziją, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) priima sprendimą, Tiekėjo pretenziją tenkinti ir koreguoti techninę specifikaciją pirkimo daliai Nr. 4.

Techninę specifikaciją išdėstyti taip:

**4. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:**

- *vienkartinis (pažymėta simboliu);*
- *sterilus (simbolis ant pakuotės) monopolinis stimuliacijos zondas, aktyvi dalis izoliuota;*
- *monopolinis stimuliacijos zondas gali būti:*
  - *tiesūs – dažniausiai naudojami standartinėms, paviršinėms ar lengvai pasiekiamoms nervų struktūroms;*
  - *lenkti arba ergonomiškai formuoti – skirti sunkiau prieinamoms vietoms (pvz., dubenyje, retroperitoniniuose plotuose), leidžia tiksliau pasiekti audinius ir sumažina traumos riziką;*
  - *keičiama arba lankstoma galvute – suteikia galimybę chirurgui prisitaikyti prie individualios anatomijos.*
- *skirta skydliaukės chirurgijai;*
- *1 – 1,5 mm diametro;*
- *90 ± 0,01 mm ilgio su 2,5 – 3,5 m ilgio laidu;*
- *DIN42802-1 arba lygiaverčio tipo jungtimi;*
- *visos vienkartinės priemonės turi būti suderinamos su Avalanche SI 2 neurostimuliatoriumi, kurį įsigijo operacinė;*
- *vienkartinį priemonių aprašas būtinas LT kalba, tiekėjas įsipareigoja mokymus operacinės personalui;*
- *su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;*
- *ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.*

Dėl pakeitimo techninėje specifikacijoje, Komisija sprendžia pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. rugsėjo 29 d. 11:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2025 m. rugsėjo 29 d. 12:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m. **rugsėjo 29 d.** intervale nuo 11:30 val. iki 12:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Tenkinti Tiekėjo UAB „.....“ pateiktą pretenziją ir pakeisti techninės specifikacijos reikalavimus.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti pretenziją pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius per CVP IS priemones.
3. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir susipažinimo su pasiūlymais datą: pasiūlymai turi būti pateikti iki **2025 m. rugsėjo 29 d. 11:30 val.** per CVP IS, susipažinimo su pasiūlymais įvyks 2025 m. rugsėjo 29 d. 12:00 val.