

## Gimdos manipulatoriaus eksploatacinių priedų techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Gimdos manipulatoriaus antgalis (orientacinis kiekis 5 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Ø5,1 mm (± 0,1 mm); 4. Ilgis 3,75 cm (± 0,5 cm); 5. Skirtingi dydžiai identifikuojami pagal spalvą.  <i>(kodas UMY514 arba lygiavertis)</i>	
2.	Gimdos manipulatoriaus antgalis (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Ø5,1 mm (± 0,1 mm); 4. Ilgis 6,0 cm (± 0,5 cm); 5. Skirtingi dydžiai identifikuojami pagal spalvą.  <i>(kodas UML516 arba lygiavertis)</i>	
3.	Gimdos manipulatoriaus antgalis (orientacinis kiekis 35 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Ø6,7 mm (± 0,1 mm); 4. Ilgis 8,0 cm (± 0,5 cm); 5. Skirtingi dydžiai identifikuojami pagal spalvą.  <i>(kodas UMB678 arba lygiavertis)</i>	
4.	Gimdos manipulatoriaus antgalis (orientacinis kiekis 5 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Ø6,7 mm (± 0,1 mm); 4. Ilgis 10,0 cm (± 0,5 cm); 5. Skirtingi dydžiai identifikuojami pagal spalvą.  <i>(kodas UMO670 arba lygiavertis)</i>	
5.	Gimdos manipulatoriaus antgalis - pjovimo kaušelis (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Kaušelio Ø2,5 cm (± 0,1 cm); 4. Skirtas elektrochirurgijai.  <i>(kodas KC-RUMI-25 arba lygiavertis)</i>	
6.	Gimdos manipulatoriaus antgalis - pjovimo kaušelis (orientacinis kiekis 35 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Kaušelio Ø3,0 cm (± 0,1 cm); 4. Skirtas elektrochirurgijai.  <i>(kodas KC-RUMI-30 arba lygiavertis)</i>	
7.	Gimdos manipulatoriaus antgalis - pjovimo kaušelis (orientacinis kiekis 30 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Kaušelio Ø3,5 cm (± 0,1 cm); 4. Skirtas elektrochirurgijai.  <i>(kodas KC-RUMI-35 arba lygiavertis)</i>	

8.	Gimdos manipulatoriaus antgalis - pjovimo kaušelis (orientacinis kiekis 5 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Kaušelio Ø4,0 cm (± 0,1 cm); 4. Skirtas elektrochirurgijai.  <i>(kodas KC-RUMI-40 arba lygiavertis)</i>	
9.	Suderinamumas	Siūlomi priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Cooper Surgical“ gimdos manipulatoriumi „RUMI II“ <b><i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo)</i></b>	
10.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai <b><i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</i></b>	
11.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
12.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.