

Infuzinių tirpalų šildytuvų techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Paskirtis	Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui	
2.	Konstrukcija	1. Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo; 2. Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių; 3. Dangtis permatomas, su savaime užsidarančiu mechanizmu.	
3.	Išoriniai prietaiso matmenys (plotis×gylis×aukštis)	Ne didesni kaip 370×650×450 mm	
4.	Naudingas kameros tūris	30–35 litrai	
5.	Temperatūros reguliavimo ribos	Ne siauresnės negu nuo 25 °C iki 70 °C	
6.	Temperatūros keitimo žingsnis	≤ 1°C	
7.	Darbinės aplinkos sąlygos	1. Temperatūra ne siauresniame kaip 15–25 °C diapazone; 2. Drėgmė ne siauresniame kaip 30–70% diapazone.	
8.	UV dezinfekcijos sistema	Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas	
9.	Valdymo pultas	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; 2. Lietimui jautrus.	
10.	Ekranas	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; 2. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus.	
11.	Apsauga nuo perkaitimo	Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė	
12.	Darbo ciklas	Nepertraukiamas	
13.	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai	1. Neuždaryto dangčio aliarmas; 2. Temperatūros svyravimai kameroje.	
14.	Prietaiso kaitinimo galia	≥ 400W	
15.	Bendras prietaiso svoris	≤ 25 kg	
16.	Maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	
17.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	
18.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	

19.	Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą	Būtinai prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją</i>).	
20.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	
21.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
22.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).