

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

K. Donelaičio g. 7, 92140 Klaipėda, tel. (8 46) 48 41 00, faks. (8 46) 31 09 50,
el. paštas info@kvl.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190468188, PVM mokėtojo kodas LT904681811

Suinteresuotiems tiekėjams

2025 m. rugsėjo 22 d.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

VĮ Klaipėdos vaikų ligoninės viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama Medicininių prietaisų ir reikmenų II pirkimą, CVP IS Nr. 4416974 (toliau – Pirkimas), vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo sąlygas:

Eil. Nr.	BUVUSI REDAKCIJA	NAUJA REDAKCIJA
1.	<p>1 pirkimo objekto dalis: Rotorius</p> <p>1. Skirtas odontologiniam turbininiam antgaliui, naudojamam su odontologine kėde "Sirona C 8+". Jo paskirtis išlaikyti gręžimo metu įkištą grąžtelį.</p> <p>2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.</p>	<p>1 pirkimo objekto dalis: Rotorius</p> <p>1. Skirtas odontologiniam turbininiam antgaliui, kurio modelis TE-95 RM arba lygiavertis. Jo paskirtis išlaikyti gręžimo metu įkištą grąžtelį.</p> <p>2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.</p>
2.	<p>11 pirkimo objekto dalis: turbinis antgalis</p> <p>1. Skirtas įstatyti grąžteliams.</p> <p>2. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno.</p> <p>3. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai.</p> <p>4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.</p>	<p>11 pirkimo objekto dalis: turbininis antgalis</p> <p>1. Skirtas įstatyti grąžteliams.</p> <p>2. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno.</p> <p>3. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai.</p> <p>4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.</p> <p>5. Modelis TE-95 RM arba lygiavertis.</p>

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija (Nauja redakcija)

VĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Viešųjų pirkimų komisija

Rengė: Ilona Kontautienė