

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAŠINIMO SISTEMAI TŪRINEI PARENTERINĖS MITYBOS POMPAI ĮSIGYTI

1. Lašinimo sistema tūrinei parenterinės mitybos pompai:

- lašinimo sistema, skirta naudojimui su tūrine pompa "Agilia VP MC";
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- sterili (simbolis ant pakuotės);
- skirta parenterinei mitybai, turinčiai riebalų ir kitų vaistų bei skysčių infuzijoms
- sistema tinkama darbui (techniškai suderinta) su tiekėjo panaudai siūlomomis tūrinėmis pompomis (1 vnt.);
- su „Luer Lock“ tipo arba lygiaverte jungtimi ir srauto sustabdymo dalimi;
- su universalia lašinimo kamera ir joje integruotu 15 µm filtru;
- infuzijos smaigas su integruotu antibakteriniu filtru;
- su 1,2 µm antibakteriniu dalelių/oro filtru;
- su sukamuoju gnybtu;
- sistemos ilgis: 285 ± 5 cm;
- pagrindinė gamybos medžiagos – PVC, silikonas arba lygiavertės medžiagos;
- be latekso ir DEHP (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.