

Artroskopinių instrumentų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomoms parametrų reikšmės
1.	Raiščių rekonstrukcijos sistema (kiekis 2 kompl.)	1. Sistema techniškai suderinama su endo-sagomis „Pullup” ir „PullupXL” 2. Sistema tinkama skirtingo ilgio raiščiams; 3. Su sužymėta ilgio skale raiščio ilgio įvertinimui; 4. Sistema pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) 5. Daugkartinio naudojimo; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	
2.	Chirurginis įrankių komplektas daugiasluoksnių kremzlės ir kaulo membranų implantavimui (kiekis 1 kompl.)	1. Instrumentų komplektas tinkamas naudoti su skirtingo storio daugiasluoksniėmis MaioRegen (Chondro+, Slim, Prime) membranomis. 2. Sistema tinkama skirtingo ilgio raiščiams; 3. Komplektą sudaro: 3.1. Ne mažiau 3 nukreipėjai; 3.2. Trijų skirtingų diametrų ($d = 12 \pm 1$ mm; $d = 15 \pm 1$ mm; $d = 18 \pm 1$ mm) grąžtai ir gylio matuokliai; 3.3. Trijų skirtingų diametrų ($d = 12 \pm 1$ mm; $d = 15 \pm 1$ mm; $d = 18 \pm 1$ mm), apskritimo formos skalpeliai; 4. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), įrankių rankenos – plastikas (arba lygiavertė medžiaga); 5. Instrumentai daugkartinio naudojimo; 6. Įrankių komplektas komplektuojamas su sterilizavimui skirtu dėklu. 7. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją	
3.	Instrumentai skirti transkauliniam rotatorių manžetės chirurginiam gydymui (kiekis 1 kompl.)	1. Instrumentas daugkartinio naudojimo; 2. Galima naudoti artroskopinių operacijų metu; 3. Instrumentą sudaro: Korpusas; Yla su kiauryme smaigalyje; Tuščiavidurė gręžimo įvorė;	

		4. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 5. Galima atlikti operacijas nenaudojant inkarų; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją	
4.	Menisko šaknies siuvimo instrumentai (kiekis 1 kompl.)	1. Instrumentai skirti menisko pažeidimams susiūti. Meniskas siuvas ir užtvirtinamas chirurginiais siūlais; 2. Instrumentas daugkartinio naudojimo; 3. Instrumentą sudaro: korpusas su menisko šaknies gidu ir terkšlės mechanizmu, dvi tuščiavidurės gręžimo įvorės; 4. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 5. Galima atlikti operacijas nenaudojant inkarų; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją	
5.	Garantinis terminas	Instrumentams suteikiamas ne mažiau nei 12 mėnesių garantinis terminas (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).	
6.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas).
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
3. Prekių pristatymo ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą