

Srovės rezistorių techninė specifikacija (orientacinis kiekis 12 pak.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai srovės rezistoriui	1. Siūlomas srovės rezistorius turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama „Laborie“ gamintojo aukštos rezoliucijos manometrijos matavimo sistema „Solar GI“. 2. Skysčių srauto greitis 0,15 ml/min $\pm$ 0,01 ml/min; 3. Su „T“ jungtimi; 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 8 vnt. srovės rezistorių arba bendras pateikiamas srovės rezistorių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 96 vnt. (firmos „Laborie“ kataloginis kodas MPP-FR0.15T arba lygiavertis)	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.
2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekių pavyzdys.