



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIUS**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,  
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Tiekėjams

2025-09-

Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-

## **DĖL VIEŠOJO PIRKIMO**

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo organizatorius gavo tiekėjų klausimų dėl lubinių keltuvų neįgaliesiems pirkimo:

### **1. Klausimas:**

Techninės specifikacijos 3 punkte „keltuvo konstrukcijos apibūdinimas“ nurodyta „elektrinis (maitinamas pakraunama baterija) keltuvo kėlimo modulis, komplektuojamas su 2 taškų paciento kėlimo diržo - pakloto laikikliu, laisvai stumdomas bėgyje kuris 90 ° kampu (skersai) pakabintas ir laisvai stumdomas dviejuose bėgiuose. Valdomas valdymo pultu. Keltuvas turi būti komplektuojamas su paciento kėlimo diržu – paklotu ir įkrovimo stotele“. Tačiau 4 punkte „Akumuliatorių krovimas“ nurodyta “Akumulatoriai kraunami automatine pakrovimo sistema, per bėgius“. Techninėje specifikacijoje nurodyti du skirtingi akumuliatorių krovimo būdai, kurie techniškai negali būti kartu. Prašome patikslinti, koks planuojamas įsigyti keltuvas – kraunamas per bėgius ar per pultelį ir įkrovimo stotelę?

#### **Atsakymas:**

Kraunamas per bėgius.

Pagrindimas: Terminas “automatinė krovimo sistema” perkačiosios organizacijos nuomone reiškia ne komplektavimą, o patį įkrovimo principą, kada keltuvo “galvoje” esantys akumulatoriai nuolat automatiškai įsikraunami per bėgius ir nėra poreikio baigus darbą krovimą įjungti rankiniu būdu (įstatant pultelį į pakrovimo stotelės lizdą).

Terminas “įkrovimo stotelė” perkančiosios organizacijos nuomone apibūdina elektroninį įrenginį, kuris kintamą 230 v įtampos tinklo elektros srovę pakeičia į keltuvo akumuliatorių įkrovai tinkančių parametru pastovią elektros srovę.

Remianti pateiktu atsakymu, įkrovimo stotelė keltuvo komplektacijoje būtina ir esant automatinei įkrovimo sistemai.

### **2. Klausimas:**

Pirkimo sąlygose nėra pridėto patalpų plano, kuris būtinas patalpų įvertinimui. Prašome pateikti patalpų planą.

#### **Atsakymas:**

Pateikiami 2 ir 3 aukšto patalpų planai.

### **3. Klausimas:**

**Pirkimo sąlygų PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES**

**SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 5.5.** punkte „atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka“ nurodyta „pirkėjas atsiskaito su Tiekėju avansu, pagal pateiktą išankstinę sąskaitą“. 5.6. punkte „Avansas“ nurodyta „Tiekėjui išmokėto avanso suma 100 % nuo 5.2 punkte nurodytos sutarties vertės. Pirkėjas sumoka Tiekėjui Avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo prašymo, išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo gavimo dienos“.

5.7. punkte „Avanso užtikrinimas“ nurodyta „Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai“.

Teikėjo vertinimu, perkančioji organizacija neužtikrina lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymosi, kadangi nurodytas atsiskaitymo reikalavimas yra ribojantis galimybę dalyvauti pirkime. Prašome nurodyti galimybę su tiekėju atsiskaityti po prekių pristatymo termino be reikalaujamo avanso užtikrinimo: banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto arba kito sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai.

**Atsakymas:**

Perkančioji organizacija sutinka netaikyti avanso bei avanso užtikrinimo priemonių. Remiantis gautu klausimu pakoreguoti Sutarties specialiųjų sąlygų 5.5.,5.6.,5.7., 9.1. punktai. Pakeitimai pažymėti raudonai.

**Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į atliktus keitimus Perkančioji organizacija savo iniciatyva tikslina sutarties galiojimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1. punktas) bei pristatymo ir sumontavimo terminus (Techninės specifikacijos 19 punktas). Prašome atsižvelgti ir vadovautis Sutarties specialiųjų sąlygų bei Techninės specifikacijos nauja redakcija (pakeitimai pažymėti raudonai).**

**Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-09-26 dieną, 12 val. 00 min.**

**PRIDEDAMA:**

1. 2 ir 3 aukšto patalpų planai;
2. Sutarties specialiosios sąlygos (redakcija nuo 2025-09-22);
3. Techninė specifikacija (redakcija nuo 2025-09-22).

Pirkimo organizatorius

Ieva Bosevičė

## PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

<b>Sutarties pavadinimas</b>	Stacionarūs lubinai neįgaliųjų keltuvai su skersine bėgine sistema		
<b>Sutarties data</b>		<b>Sutarties numeris</b>	

### 1. SUTARTIES ŠALYS

<b>1.1. Pirkėjas</b>	1.1.1. Pavadinimas	Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	193037428
	1.1.3. Adresas	Liepų g 1, LT-70455, Gudkaimio k. Vilkaviškio r.
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	Nėra PVM mokėtojas
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT857300010152829204
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Swedbank AB, 73000
	1.1.7. Telefonas	+370 342 47292
	1.1.8. El. paštas	<a href="mailto:gudkaimioglobosnamai@gmail.com">gudkaimioglobosnamai@gmail.com</a>
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorius Rimas Murinas
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal įstaigos nuostatus
<b>1.2. Tiekėjas</b>	1.2.1. Pavadinimas	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	
	1.2.3. Adresas	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	
	1.2.6. Bankas, banko kodas	
	1.2.7. Telefonas	
	1.2.8. El. paštas	
	1.2.9. Šalies atstovas	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	

### 2. ATSAKINGI ASMENYS

<b>2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą</b>	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Majauskas
<b>2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą</b>	

<b>3. SUTARTIES DALYKAS</b>	
<b>3.1. Sutarties dalykas</b>	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis parduoti, pristatyti ir sumontuoti Pirkėjui 8 vnt. stacionarių lubinių neįgaliųjų keltuvų su skersine - bėgine sistema (toliau – Prekės).
<b>3.2. Pirkimo numeris</b>	
<b>4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA</b>	
<b>4.1. Prekių pristatymo terminai</b>	Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip iki 2025-12-15 dienos, šiuo adresu: Liepų g. 1, Gudkaimio k. Vilkaviškio r. sav.
<b>4.2. Užsakymų teikimo tvarka</b>	Laikoma, kad prekės užsakomos nuo sutarties pasirašymo momento.
<b>4.3. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai</b>	Priėmimo perdavimo aktas, bandymo protokolai, medicinos prietaiso pasai, naudotojo instrukcijos, galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
<b>5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA</b>	
<b>5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas</b>	Fiksuotos kainos kainodara
<b>5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara</b>	Pradinės Sutarties vertė yra ----- eurų ( <i>suma žodžiu</i> Eurų 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro ----- eurų ( <i>suma žodžiu</i> Eurų 00 ct.)
<b>5.3. Sutarties kainos peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo</b>	Sutarties kaina bus perskaičiuojama dėl PVM tarifo pasikeitimo. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina į įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
<b>5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka</b>	<b>Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju bankiniu pavedimu, per 15 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento pateikimo SABIS sistemoje dienos.</b>
<b>5.6. Avansas</b>	<b>Netaikoma</b>
<b>5.7. Avanso užtikrinimas</b>	<b>Netaikoma</b>
<b>6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	
<b>6.1. Garantinis terminas</b>	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju <b>ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai</b> . Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo sumontuotų

	Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
<b>6.2. Garantinė priežiūra</b>	Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 dienų. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
<b>7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI</b>	
<b>Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai</b>	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai (ne) pasitelkiami.
<b>8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS</b>	
<b>8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas</b>	Netesybomis (delspinigiais).
<b>8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas</b>	Netaikoma.
<b>9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ</b>	
<b>9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą</b>	<b>Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,02 (dvi šimtasias) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Tiekėjas pareikalaus.</b>
<b>9.2. Tiekėjui taikomos netesybos</b>	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
<b>10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS</b>	
<b>10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas</b>	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). <b>Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo bet ne ilgiau kaip iki 2025-12-31, įskaitant atsiskaitymus pagal pateiktus mokėjimo dokumentus.</b>
<b>10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas</b>	Netaikoma
<b>11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS</b>	
<b>11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai</b>	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
<b>11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai</b>	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą.

<b>12. APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI</b>	
<b>12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas</b>	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu. Reikalavimai išdėstyti Specifikacijos 16 punkte.
<b>13. BENDRŪJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI</b> (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
<b>14. SUTARTIES PRIEDAI</b>	
<b>14.1. Priedas Nr. 1</b>	Specifikacija
<b>14.2. Priedas Nr. 2</b>	Tiekėjo pasiūlymas
<b>15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI</b>	
<b>PIRKĖJAS</b>	<b>TIEKĖJAS</b>
Direktorius Rimas Murinas	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
<b>(parašas)</b> <i>(pasirašoma elektroniniu parašu)</i>	<b>(parašas)</b> <i>(pasirašoma elektroniniu parašu)</i>


## Techninė specifikacija

	Pavadinimas	Reikalaujama
1	Prekės pavadinimas	Stacionarus lubinis neįgaliųjų keltuvas (toliau Keltuvas), su skersine bėgine sistema, pristatymo, sumontavimo ir personalo apmokymo paslaugomis.
2	Keltuvo paskirtis	Skirtas naudoti patalpų viduje, suaugusiųjų neįgalių pacientų pakėlimui ir (arba) perkėlimui iš lovos į neįgaliųjų vežimėlį, mobilią maudymo vonią, iš vežimėlio į lovą ir panašiai. Naudojamas vienoje patalpoje, gyvenamajame kambaryje.
3	Keltuvo konstrukcijos apibūdinimas	Elektrinis (maitinamas pakraunama baterija) keltuvo kėlimo modulis, komplektuojamas su 2 taškų paciento kėlimo diržo - pakloto laikikliu, laisvai stumdomas bėgyje kuris 90 ° kampu (skersai) pakabintas ir laisvai stumdomas dviejuose bėgiuose. Valdomas valdymo pultu. Keltuvas turi būti komplektuojamas su paciento kėlimo diržu – paklotu ir įkrovimo stotele.
4	Akumuliatorių krovimas	Akumuliatoriai kraunami automatine pakrovimo sistema, per bėgius.
5	Reikalavimai įkrovimo stotelei	Įkrovimo stotelė jungiama į 1 fazės, 230V įtampos tinklą.
6	Perkamas kiekis	8 (aštuoni) keltuvai (komplektai)
7	Keliamoji galia	ne mažiau 200 kg
8	Kėlimo intervalas	ne mažiau 190 cm
9	Avarinis stabdis	Turi būti
10	Avarinis nuleidimas	Turi būti
11	Apsauga nuo perkrovos	Turi būti
12	Reikalavimai perkėlimo diržui – paklotui.	Diržas - paklotas su atskirtais kojų diržais ir aukšta nugarine dalimi galvos atramai, leistinas maksimalus kėlimo svoris ne mažiau 250 kg.
13	Montavimo vietų sąlygos.	<p>Gyvenamieji kambariai. Lubos iš betoninės perdengimo plokštės. Kambarių aukštis 2,45 ÷ 2,50 m. Du bėgiai montuojami išilgai kambario, tvirtinant prie lubų. Tikslėsius bėgių ilgius Tiekėjas turi nusimatyti atsižvelgdamas į toliau išdėstytus duomenis arba atvykdamas į vietą.</p> <p><i>Pastaba: Šviestuvai sumontuoti prie lubų, per vidurį, išsikiša žemyn 7 cm.</i></p> <p>206 kambarys: ilgis 6,52 m plotis 2,60 m.                  207 kambarys: ilgis 5,45 m plotis 3,30 m.                  212 kambarys: ilgis 6,52 m. plotis 2,60 m. <i>Pastaba: Ant ilgosios sienos sumontuotas kondicionieriaus blokas išsikišantis žemyn nuo lubų 41 cm, nuo sienos 19 cm.</i>                  214 kambarys ilgis 5,97 plotis 2,93 m.                  223 kambarys ilgis 6,54 plotis 2,58 m.                  224 kambarys ilgis 5,32 plotis 3,27 m.                  302 kambarys ilgis 4,92 plotis 3,27 m.</p>


		312 kambarys ilgis 6,50 plotis 2,59 m. <i>Pastaba - ant ilgosios sienos kondicionieriaus blokas išsikišantis žemyn nuo lubų 41 cm, nuo sienos 19 cm.</i>
14	Papildomi reikalavimai	Keltuvai po sumontavimo turės būti išbandyti. Kiekvienam keltuvui turės būti pateiktas bandymo protokolas, užpildytas medicinos prietaiso pasas, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba keltuvui ir kėlimo diržui ( gali būti ir elektroninėje laikmenoje).
15	Reikalavimai dėl atitikimo ES teisės aktų reikalavimams	Siūlomi keltuvai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, originalo ir lietuvių kalba turi būti pateikiama ne vėliau negu bus pristatyti keltuvai.
16	Dėl prekės atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams	15.1. Gamintojo numatytas minimalus keltuvo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų arba 10000 darbinių pakėlimo / nuleidimo ciklą. 15.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių bus ( bus tiekiamos rinkai) per garantinį keltuvo naudojimo laikotarpį ir ne trumpesnė kaip 5 metai po garantinio laikotarpio. Dėl atitikimo reikalavimams Tiekėjas turi pateikti deklaraciją arba (ir) kitus analogiškus įrodymus kartu su pasiūlymu. Dokumente turi būti nurodyti minimalūs tarnavimo ir dalių tiekimo rinkai terminai siūlomiems keltuvams. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
17	Garantijos terminas	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
18	Pasiūlymo vertinimo kriterijus	Kaina
19	Pristatymo ir sumontavimo terminas	<b>Pristatymo ir sumontavimo terminas iki 2025-12-15</b>



1050955417




		Valsts būvniecības un inženierzinātnes akadēmija Valsts būvniecības un inženierzinātnes akadēmijas filiāle Licencijas Nr. G-734 (623) izdevums 2008.08.27 2M-M-465, izdošanas gads 2009.09.01	
Pabeigta	V. pavarde	Projekta	Data
Mākslinieks	E. Maustene	Atļaušanas	2015.01.05
Antro aukšts plāns			
Vilkavīši iel. sav. Kurbaru sen. Gudkaimis k., Liepāja, 1			
Sudārijas pag. 2015-01-05 kadsimīvu mājasvienību		Pastāvīgo iedzīvotāju plāns	





1050955417



Valsts būvniecības Reģistrācijas centrs Marijampoles filiāle			
Licenču Nr. G-74-0231, datums: 2008.08.27			
2M-465, šķautas Nr. 009/11			
Pareģos	V. pavarde	2015.05.05	Data
Matinīkē	E. Matušiņe		
Trešo auksto plāns			
Vilkavīķi r. sav. Kybarņi sen. Gudkaimis k. Līepu g. 1			
Sudravs pag. 2015-01-05 kadastrinji matavāņu doomsis			
Pārbaudījis		Plānots	



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl viešojo pirkimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-09-22 Nr. SD-VŠ-266
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akinės bendrovės, UAB, IAB
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ieva Bosevičė Vyriausiasis specialistas (K)
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-09-22 15:25
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-03-02 17:00 - 2030-03-02 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Sutarties specialiosios sąlygos (redakcija nuo 2025-09-22).docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Techninė specifikacija (redakcija nuo 2025-09-22).docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2 ir 3 aukšto patalpų planai.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250822.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo</b>	2025-09-22 nuorašą suformavo Ieva Bosevičė

<b>data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	
<b>Paiėškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-