

RINKOS KONSULTACIJA
UŽLYDymo ĮRENGINIO INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMUI (VETERINARIJAI)
PIRKIMAS
ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl užlydymo įrenginio instrumentų sterilizacijai (veterinarijai) pirkimo (toliau – Pirkimas).
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-09-19¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-22, 9:00 val. Lietuvos laiku.
4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 1 (vienas) dalyvis (toliau atitinkamai – Dalyvis 1), kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamose šioje ataskaitoje.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimą.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
 - 6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimą (I dalis);
 - 6.2. išvada (II dalis).

¹ Rinkos konsultacijos CVP IS ID 4582473, prieiga
<https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4582473>.

1. DALYVIŲ ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio 1 nuomonė	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Aiškios sąlygos, tik siūlome koreguoti techninę specifikaciją.	Perkančioji organizacija nekeis techninės specifikacijos, kadangi tokia, kokia parengta, atitinka jos poreikius ir yra neribojanti konkurencijos. Tokie siūlymai, kokie teikiami, yra siauresnės apimties nei perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai.
2.	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma ne daugiau kaip 11.000,00 Eur be PVM yra pakankama?	Pakankamas biudžetas	-
3.	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Sutarties sąlygos aiškios	-
4.	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Prašome Techninėje specifikacijoje tikslinti 6 punktą, sekančiai: „ <u>Ne mažiau kaip 10 m/min</u> “ Taip Perkančioji organizacija galės rinktis iš greitai veikiančių ir vienos kategorijos užlydymo aparatų. Prašome tikslinti 8 punktą sekančiai: „ <u>Užlydymo temperatūra – ne daugiau kaip 199°C</u> “ Per Temperatūra negali siekti 200 C, kadangi prie tokios temperatūros jau lydosi plastikas ir taip nėra kokybiškai užlydomos juostos ar maišeliai. Norime pabrėžti, kad sterilizavimo priemonės dažniausiai yra užlydomos 175-185 C temperatūroje. 9 punktą papildyti kriterijumi, kad korpusas turi būti nedažytas ir apvalintais kampais. Jei korpusas bus dažytas tai valant ar	Perkančioji organizacija nekeis techninės specifikacijos, kadangi tokia, kokia parengta, atitinka jos poreikius ir yra neribojanti konkurencijos. Tokie siūlymai, kokie teikiami, yra siauresnės apimties nei perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai.

		dezinfekuojant ilgainiui dažai byrės ir gali užteršti sterilizavimo produktus, ko pasėkoje reikės iš naujo perpakuoti ar net perdirbti pačius medicininius instrumentus.	
5.	Ar Vertinimo pagal ekonominį naudingumą metodika yra aiški, suprantama bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neaiškos, nesuprantamos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Vertinimo kriterijai aiškūs	-
6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Planuojame, jei bus tikslinami techniniai reikalavimai	-
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	Neturime	-
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	Visa informacija konfidenciali	Siūlymai dėl techninės specifikacijos korekcijų, nėra tiekėjo komercinė (gamybinė) paslaptis. Rinkos konsultacijoje konfidencialus yra siūlymus teikiančio tiekėjo pavadinimas, kuris neviešinamas

II. IŠVADOS

2.1. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, pasiūlymus bei pastabas.

2.2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 (vienas) dalyvis, kuris atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus.

2.3. Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

2.4. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.