

**AVARINIAI IR APSAUGOS ĮRENGINIAI (PALATINĖ SIGNALIZACIJA)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
1.	Programavimo įrenginys skirtas programuoti gamintojo „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemą. Turi būti sudarytas iš plastikinio išardomo korpuso su LCD displejumi ir valdymo mygtukais. Displėjus turi būti tekstinis. Turi būti skirtas įrenginiams priskirti unikalius adresus bei pavadinimus. Displėjus turi gebėti atvaizduoti ne mažiau kaip 2 eilutes su simboliais.	vnt.	4
2.	Centrinis įrenginys su maitinimo šaltiniu tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemoje. Turi būti sudarytas iš dažyto metalinio korpuso (dėžės) su užrakinamomis durelėmis, kurios viduje turi būti sumontuotas maitinimo šaltinis, centrinio įrenginio plokštė ir 12 V akumuliatorinė baterija. Korpuso šonuose turi būti angos kabeliams į dėžę įvesti. Turi būti galimybė prijungti valdymo / indikacinius pultelius. Turi būti galimybė reguliuoti vidinio garsinio signalizatoriaus garso lygį. Maitinimas: 230 V ± 10%.	vnt.	4
3.	Valdymo / indikacinis pultelis tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemoje. Turi būti sudarytas iš plastikinio išardomo korpuso su LCD displejumi ir valdymo mygtukais. Displėjus turi būti tekstinis, informuojantis personalą atitinkamu užrašu apie šaukimo objektą. Displėjus turi gebėti atvaizduoti ne mažiau kaip 2 eilutes su ne mažesniais nei 12 mm simboliais. Pultelyje turi būti integruotas garsinis signalizatorius, kurį galima būti nutildyti užprogramuotam laiko tarpui. Vienu metu displejuje turi būti galima atvaizduoti ne mažiau kaip du iškvietimo signalus. Iškvietimo signalų istoriją turi būti galima peržiūrėti pasirinkimo mygtukais.	vnt.	20
4.	Prailgintas iškvietimo mygtukas tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemoje. Įrenginys turi būti skirtas šaukimui aktyvuoti. Į ranką paimamas iškvietimo mygtukas su 2,5 m ilgio laidu su štekerio tipo jungtimi skirta prijungti prie iškvietimo taško.	vnt.	60
5.	Iškvietimo taškas tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemoje. Įrenginys turi būti skirtas šaukimui aktyvuoti. Turi būti sudarytas iš plastikinio išardomo korpuso valdymo mygtukais ir lizdu prailgintam iškvietimo mygtukui pajungti. Turi būti žalios ir raudonos šviesos indikacija.	vnt.	30
6.	Indikatorius virš palatos durų su garso signalizatoriumi tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškvietimo sistemoje. Įrenginys turi būti skirtas šaukimo atveju personalo dėmesiui atkreipti šviesos ir garso signalais. Turi būti sudarytas iš plastikinio išardomo korpuso su šviesos signalo sklaidytuvu. Turi būti žalios ir raudonos šviesos indikacija.	vnt.	30

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
7.	Lubinis jungiklis su virvute tinkantis naudoti „Specialist Alarm Services“ NET slaugytojų iškviatimo sistemoje. Įrenginys turi būti skirtas šaukimui aktyvuoti. Įrenginys turi būti su 2,5 m ilgio virvute besibaigiančia su dviem trikampo formos rankenėlėmis.	vnt.	30
8.	Akumuliatorinė baterija centriniam įrenginiui su maitinimo šaltiniu. Švino-rūgštinė akumuliatorinė baterija 12V, 7Ah turi būti skirta talpinti Sistemos centriniam įrenginyje.	vnt.	10

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.**
2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 34000,00 Eur su PVM.
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. **Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.**