

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
 „KAKLINĖS STUBURO DALIES IMPLANTAI, BLAUZDIKAULIO DISTALINĖS DALIES  
 KOREGUOJANČIOSIOS OSTEOTOMIJOS IMPLANTŲ KOMPLEKTAS, ČIURNOS PLOKŠTELĖS IR  
 SRAIGTAI, MEMBRANOS“  
 KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-08-20 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **kaklinės stuburo dalies implantų, blauzdikaulio distalinės dalies koreguojančiosios osteotomijos implantų komplekto, čiurnos plokštelių ir sraigčių, membranų** pirkimo (Nr. 4182932).

1. Tiekėjas teiraujasi dėl 4 p.d. membranos storio mato vieneto. „<..> Ar tikrai mm (0,5+-0,2)?“

2. Tiekėjas teikia pastabas 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos projektui:

1.4.	Sraigtas	1. Užrakinamas; 2. Skersmuo 4,0 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip nuo 12 mm iki 60 mm, kas 2–5 mm; 4. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	3 vnt.	Siūlome keisti: Ilgis 18-50 mm (kas 2 mm), 55-75 mm (kas 5 mm).
1.5.	Sraigtas	1. Kortikalinis; 2. Skersmuo 4,0 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip nuo 12 mm iki 60 mm, kas 2–5 mm; 4. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	4 vnt.	Siūlome keisti: Ilgis 18-50 mm (kas 2 mm), nuo 55-100 mm (kas 5 mm).
1.6.	Sraigtas	1. Kortikalinis; 2. Skersmuo 6,5 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip nuo 30 mm iki 100 mm, kas 5 mm. 4. Užsakymo metu galima rinktis tarp pilno sriegio ir dalinio sriegio sraigčių; 5. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	3 vnt.	Siūlome keisti: Spongiozinis; Skersmuo 5,5 mm ± 0,5 mm; Ilgis nuo 20 mm iki 100 mm, kas 5 mm; Pilno sriegio.

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija atsako, kad 4 pirkimo dalyje nurodytas reikalavimas membranos storiui „0,5 ± 0,2 mm“ yra teisingas. Matavimo vienetai yra milimetrai (mm).

Komisija, įvertinusi 2 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Tiekėjo siūlomos korekcijos 2 pirkimo dalies 1.4 ir 1.5 punkte yra nepriimtinos, nes siūlomos korekcijos sumažintų Perkančiosios organizacijos galimybes rinktis iš trumpesnių sraigčių ilgių. Siekiami įsigyti sraigčiai bus naudojami Ortopedijos traumatologijos skyriaus

operacinėje (- ėse), todėl gydytojams itin svarbu, jog būtų užtikrintas ir trumpesnių sraigtų ilgių pasirinkimas.

Tiekėjo siūloma korekcija 2 pirkimo dalies 1.6 punkte yra nepriimtina, nes tiekėjas siūlo iš esmės keisti sraigto tipą. Taip pat tiekėjo siūlomas sraigtas, pagal tiekėjo nurodytą komentarą, neturi pasirinkimo tarp „pilno sriegio“ ir „dalinio sriegio“.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.