

SPRENDIMAS DĖL GAUTO TIEKĖJO PRAŠYMO (CVP IS PRANEŠIMO NR.367735)

VšĮ Raseinių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Lovos ir vežimėliai“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-09-19 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo ID4556552) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-09-24 CVP IS pranešimu Nr. 367735 gavo tiekėjo pranešimą, kuriame tiekėjas prašo:

Tiekėjo prašymas:

„Siekiant užtikrinti kuo didesnę konkurenciją ir galimybę įsigyti optimaliausią variantą, siūlome pakeisti techninės specifikacijos 14p. „Vežimėlio išoriniai matmenys (ilgis x plotis) Ne didesni kaip 2100 x 850 mm“ reikalavimą į „Vežimėlio išoriniai matmenys (ilgis x plotis) ne didesni kaip 2150x850 mm“.

Šis nedidelis ilgio neatitikimas neturi jokios įtakos vežimėlio funkcionalumui ar galimybei jį naudoti ligoninės patalpose. Be to, tikslus 2100 mm ilgio reikalavimas yra nepagrįstai griežtas ir riboja konkurenciją, neleidžiant dalyvauti tiekėjams, siūlantiems modernius ir funkcionalių vežimėlius, kurių ilgis gali šiek tiek viršyti nustatytą ribą. Prašome atsižvelgti į mūsų prašymą. Ačiū.“

Atsakymas:

Informuojame kad šio techninio parametro nekeisime, nes tais susiję su vežimėlio naudojimu ir tada techniškai jis netelpa į lifto kabinas. Viešojo pirkimo tikslas – įsigyti įrangą, kuri ne tik atitinka dabartinius poreikius, bet ir techniškai išpildo jos naudojimą. Jeigu vežimėlis netilptų į lifto kabinas jau būtų apsunkintas jo naudojimas ir nebūtų pasiektas viešojo pirkimo tikslas.

Techninė specifikacija atspindi pirkėjo teisę pasirinkti tokį sprendimą, kuris pagerintų pacientų slaugos kokybę ir procesų efektyvumą, t.y. užtikrintų darbuotojams tinkamas darbo priemones. PO nustatyti reikalavimai nėra diskriminaciniai, jie yra tinkamai ir laiku išviešinti, bei yra svarbūs PO siekiant nustatyti viešojo pirkimo tikslą. Rinkoje yra žinomi keli gamintojai, kurie išpildo šį techninį parametą.

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo spręsti, kad perkančiosios organizacijos parengta pirkimo techninė specifikacija yra kam nors pritaikyta ar kaip nors riboja tiekėjų konkurenciją.

Pagarbiai,
Viešojo pirkimo komisija