

Suinteresuotiems dalyviams

Pateikiama CVP IS priemonėmis

## DĖL „VAKUUMO GARO STERILIZATORIAUS PIRKIMO“ RINKOS KONSULTACIJOS

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – PO) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdanči „Vakuumo garo sterilizatoriaus pirkimo“ rinkos konsultaciją (Nr. 4532580), kad išnagrinėjus gautus tiekėjų siūlymus/prašymus, pateikia atsakymus:

Tiekėjų prašymai/siūlymai/pastabos	PO atsakymai
<p><b>Dėl 4 punkto „Plotis ne didesnis nei 650 mm; Aukštis (su kojėlėmis) ne didesnis nei 1500 mm; Gylis ne daugiau nei 900 mm“</b></p> <p><i>Siūlymas: plotis 635 mm; aukštis (su kojėlėmis) 1510 mm; gylis 814 mm.</i></p> <p><i>Siūlymas: plotis ne didesnis nei 650 mm; aukštis (su kojėlėmis) ne didesnis nei 2000 mm; gylis ne daugiau nei 900 m</i></p>	<p>PO informuoja, kad dalinai atsižvelgia į dalyvių pastabas. Nurodyti matmenys yra pagal maksimalias fizines angos ribas. Fiziškai nėra galimybės įmontuoti didesnio vakuuminio garo sterilizatoriaus, o angos išmatavimų keitimo pasitelkiant remonto paslaugas negalime atlikti, nes siekiame, kad sterili aplinka sterilizacinėje nebūtų pažeista ir nenutrūktų sterilizacinės darbas.</p> <p><b>Pakoreguotas punktas</b> „Plotis ne didesnis nei 650 mm; Aukštis (su kojėlėmis) ne didesnis nei 1510 mm; Gylis ne daugiau nei 900 mm“</p>
<p><b>Dėl 5 punkto „Sterilizatoriaus darbinė talpa (70 litrų ± 10 %)“</b></p> <p><i>Siūlymas: 66 litrai.</i></p>	<p>PO atsakydama į suinteresuoto dalyvio pastabas paaiškina, kad 70 litrų ± 10 % tai yra nuo 63 litrų iki 77 litrų. Todėl tiekėjas telpa į nurodytą intervalą (66 litrai).</p>
<p><b>Dėl 7 punkto „Kameros ilgaamžiškumas (ne mažiau 25 000 ciklų, pateikiamas tai įrodantis dokumentas)</b></p> <p><i>Siūlymas: siūlome didinti iki 50 000 ciklų.</i></p>	<p>PO informuoja, kad neatsižvelgia į dalyvio pastabas, paaiškindama, kad pakeitus punktą būtų ribojama konkurencija.</p>
<p><b>Dėl 15 punkto „Bendras įrenginio galingumas ≤ 15 kW“.</b></p> <p><i>Siūlymas: parametrą mažinti iki ≤ 10 kW.</i></p>	<p>PO neatsižvelgia į dalyvio pastabas, paaiškindama, kad pakeitus punktą būtų ribojama konkurencija.</p>
<p><b>Dėl 18.1 punkto „Ekране pateikiama informacija:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durų būklė;</li><li>- Pasirinkta programa;</li><li>- Ciklo pabaiga;</li><li>- Aliarmų ir gedimų pranešimai.</li></ul> <p><i>Informacija pateikiama lietuvių kalba.</i></p> <p><i>Siūloma: - durų būklė; -ciklo informacija: fazė; - aliarmų ir gedimų pranešimai.</i></p> <p><i>Informacija pateikiama lietuvių kalba.</i></p>	<p>PO informuoja, kad atsižvelgė į suinteresuotų dalyvių pastabas. Atsižvelgus į pastabas papildytas 18.2 punktas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durų būklė;</li><li>- Pasirinkta programa arba ciklo fazė;</li><li>- Ciklo pabaiga arba ciklo informacija;</li><li>- Aliarmų ir gedimų pranešimai.</li></ul> <p><i>Informacija pateikiama lietuvių kalba.</i></p>
<p><b>Dėl 19 punkto „Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bowie - Dick ir sandarumo (vakuumo) testai yra privalomi;</li><li>- Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); 134 °C programa konteineriams;</li><li>- Standartinė 121 °C programa;</li></ul>	<p>PO informuoja, kad neatsižvelgia į dalyvio pastabas. 19 punkte nurodyta, kad sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas. Tiekėjas gali įdiegti ir papildomas programas.</p>

<p>- Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 2 (du) papildomus ciklus pagal vartotojo poreikį.“</p> <p><i>Siūloma: Gamykloje yra įdiegtos 5 programos: Pašildymo Sandarumo (vakuumo) Bowie - Dick Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); Standartinė 121 °C programa; Programos konteineriams nėra, tačiau: Galimybė instaliuoti iki 65 ciklų pagal vartotojo poreikį.</i></p>	
<p><b>Dėl 21 punkto „Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu (ne daugiau 60 min.)“</b></p> <p><i>Siūloma: parametrą mažinti iki „ne daugiau 45 min.“ tai leistų atlikti daugiau ciklų per darbo pamainą.</i></p>	<p>PO neatsižvelgia į dalyvio pastabas, paaiškindama, kad pakeitus punktą būtų ribojama konkurencija.</p>
<p><b>Dėl 25 punkto „Sterilizatoriaus komplektacija (pagaminta iš ne žemesnė nerūdijančio plieno markė AISI 304 arba lygiavertė: 1. Išimamas rėmas su lentynomis (1 vnt.) arba ištraukiama lentyna (1 vnt.). 2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis (1 vnt.). 3. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (2 vnt.).“</b></p> <p><i>Siūloma: Matome, kad komplektacijoje dubliuojasi įranga, kaip suprantame, kad transportavimo vežimėlis ir pakrovimo/iškrovimo vežimėlis (24 reikalavimas ir 25.2 reikalavimas) yra tas pats. Ar planuojate įsigyti 2 vnt. Vežimėlių? Nes mūsų siūlomam sterilizatoriui tas pats vežimėlis skirtas tiek pakrovimui/iškrovimui ,tiek transportavimui. Pakrovimui naudojamas pakrovimo išimamas rėmas, kuris gali būti komplektuojamas su viršutine lentyna (dviejų lygių).</i></p> <p><i>Siūloma: 25.1. Ištraukiama lentyna (1 vnt.). 25.2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis (1 vnt.). – Ar čia tas pats kaip 24 dalyje transportavimo vežimėlis? 25.3. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (2 vnt.).</i></p>	<p>PO informuoja, kad atsižvelgė į suinteresuotų dalyvių pastabas. Pakoreguotas 25 punktas – pašalintas „Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis (1 vnt.)“</p>
<p><b>Siūlymai Sanovus ištraukti papildomus (ekonominius) reikalavimus, kurie yra svarbūs efektyviam darbui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įkrovimo aukštis (Ne žemesnis kaip 750 mm ir ne aukštesnis kaip 900 mm nuo grindų)</li> <li>- Automatinio paleidimo funkcija – automatinis laikmatis, skirtas garo generatoriaus ir kameros kaitinimui (Būtina).</li> <li>- Sterilizatoriaus durys automatinės, atsidarncios verikaliai žemyn (Būtina).</li> <li>- Garsinis signalas ciklo pabaigoje ir aliarmų atveju (Būtina).</li> </ul>	<p>PO neatsižvelgia į dalyvio pastabas, paaiškindama, kad pakeitus punktą būtų ribojama konkurencija. Taip pat būtų formuojamas vieno gamintojo protegavimas.</p>